

# Kúpna zmluva

OO1-2013/000406-12

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

## Zmluvné strany

Kupujúci: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
zastúpený: mjr. Ing. Róbert Pintér generálny riaditeľ  
sektie hnutelného a nehnuteľného majetku MV SR na  
základe: plnomocenstva č.p.: KM-OPVA2-2013/341-029 zo dňa 4.4.2013  
DIČ:  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci: Hemes LabSystems, s. r. o.  
Sídlo: Púchovská 12, 831 06 Bratislava  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
oddiel: Sro., Vložka č.: 11272/B  
Štatutárny zástupca: RNDr. Andrej Vadkerti - konateľ  
Splnomocnený zástupca: Ing. Ján Hrouzek, PhD.  
IČO: 35693487  
DIČ: 2020310083  
IČ DPH: SK2020310083  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu (bežné): [REDACTED]  
Číslo účtu v štruktúre IBAN: SK91 1100 0000 0026 2604 0775  
Swift code: TATRSKBX  
Tel. č.: 02/4920 6938  
Fax. č.: 02/4488 8546

(ďalej len „predávajúci“)

## I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa Headspace dávkovača „Agilent 7697A Headspace Sampler“ (ďalej len zariadenie) vrátane manuálu, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy.
2. Technická špecifikácia predmetu zmluvy tvorí prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo.
4. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
5. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny.

## II. Plnenie predmetu zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať celý predmet zmluvy kupujúcemu do (6) týždňov odo dňa platnosti tejto zmluvy.
2. Miestom dodania predmetu zmluvy je pracovisko KEÚ PZ, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava.
3. Predávajúci dodá, kompletne nainštaluje, overí funkčnosť predmetu zmluvy, zaškolí obsluhu priamo u kupujúceho v stanovenom termíne a v plnom rozsahu.
4. Úplné dodanie, kompletnú inštaláciu, overenie funkčnosti predmetu zmluvy, zaškolenie obsluhy je kupujúci po prebratí predmetu zmluvy povinný na požiadanie predávajúceho písomne potvrdiť v dodacom liste a preberacom protokole.
5. Predávajúci vydá certifikát o overení plnej funkčnosti zariadenia a zhode jednotlivých parametrov inštalovaného zariadenia s parametrami deklarovnými výrobcam.
6. Súčasťou dodávky a montáže zariadenia musia byť všetky potrebné časti, spotrebný materiál a softvér potrebný na uvedenie predmetu zákazky do prevádzky.
7. Predmet zmluvy je splnený zo strany predávajúceho prebratím predmetu zmluvy kupujúcim.

## III. Kúpna cena

1. Kúpna cena za predmet zmluvy, vrátane cla, dovoznej prirážky, poistenia a dopravy na miesto plnenia, inštalácie a základného zaškolenia obsluhy je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. dohodou ako cena pevná vo výške

16 500,00 EUR bez DPH

( slovom šestnásťtisícpäťsto)

2. K cene podľa bodu 1 tohto článku bude pripočítaná DPH v zmysle platného zákona v čase dodania tovaru. Celková kúpna cena za predmet zmluvy (vrátane zľavy a DPH) sa nachádza v prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

#### IV. Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. III. tejto zmluvy na základe predložených faktúr.
2. Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude dodací list a preberací protokol.
3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa vystavenia.
4. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, stanovené v § 71 ods. 1 zákona č.222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie predávajúceho. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj, je kupujúci oprávnený neúplnú faktúru vrátiť na doplnenie a pôvodná lehota splatnosti prestáva platiť. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej, resp. správne vystavenej faktúry.

#### V. Dodacie podmienky

1. Predávajúci zabezpečí prečlenie predmetu zmluvy a jeho doručenie ku kupujúcemu na vlastné náklady.
2. Podmienka doručenia predmetu zmluvy podľa INCOTERMS 2000 je DDP.
3. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom oprávnenej osoby kupujúceho na príslušnom na príslušnom sprievodnom doklade.
4. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť predávajúceho na zjavné poškodenie balenia (obalov) pri preprave a na vady zrejme už pri doručení tovaru, spísať o tom zápis a odovzdať ho predávajúcemu.
5. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre inštaláciu, odskúšanie a prevádzku predmetu zmluvy podľa písomných pokynov predávajúceho a to najmä:
  - a. miesto na inštalovanie a prevádzku predmetu zmluvy
  - b. médiá potrebné pre prevádzku predmetu zmluvy
  - c. zabezpečiť ochranu doručených a inštalovaných častí predmetu zmluvy pred zásahom nepovolaných osôb, pred vytopením, požiarom a podobne.
6. Predávajúci odovzdá predmet zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými normami a podmienkami tejto zmluvy.
7. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažovaný právami tretích osôb.
8. Deň protokolárneho preberania predmetu zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje prebrať predmet zmluvy v oznámenom termíne.
9. Po protokolárnom prebratí predmetu zmluvy môže kupujúci riadne predmet zmluvy užívať a predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom protokolárneho prebratia umožniť.
10. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho podľa § 455 a nasl. Obchodného zákonníka v čase prevzatia tovaru. Ustanovenia čl. V ods. 6 týmto nie sú dotknuté.

#### VI. Záručná doba, servis a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci ručí za vady zo záruky predmetu zmluvy po dobu (24) mesiacov od

prebratia. Záručná doba sa predlžuje o dobu poruchy a jej opravy v tomto období.

2. V prípade vady zo záruky predmetu zmluvy počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie väd a predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou nebanlivosťou kupujúceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania predmetu zmluvy.
3. Predávajúci odstráni vady zo záruky predmetu zmluvy najneskôr do (30) dní od písomnej reklamácie závady kupujúcim. V prípade rozsiahlejšej záručnej opravy možno určiť termín jej ukončenia vzájomnou písomnou dohodou. V prípade uzavretia servisnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sú záväzné termíny uvedené v servisnej zmluve.
4. Predávajúci garantuje rýchly a spoľahlivý záručný aj pozáručný servis, ktorý bude vykonávať svojimi vlastnými pracovníkmi.
5. Kupujúci sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady zo záruky predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po jej zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi predávajúceho.
6. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže Kupujúci v súlade s § 436 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uplatniť tieto nároky:
  - a. požadovať odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych väd,
  - b. požadovať odstránenie väd opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
  - c. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  - d. odstúpiť od zmluvy.

## VII.

### Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje oneskorená dodávka predmetu zmluvy o viac ako (60) dní a ak predmet zmluvy nie je totožný s predmetom určeným v zmluve, na strane predávajúceho a omeškanie s úhradou faktúry o viac ako (30) dní na strane kupujúceho.

## VIII.

### Sankcie

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné možné sankcie:
  - a. za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy si môže kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodanej časti predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody,
  - b. za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny si môže predávajúci uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania.
2. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci. Nárok na úroky z omeškania nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené druhou zmluvnou stranou.

V prípade, že predmet zmluvy nemôže byť predávajúcim expedovaný v dohodnutom termíne z dôvodov zavinených kupujúcim, je predávajúci oprávnený vyžadovať náhradu škody počínajúc piatym týždňom oneskorenia.

IX.  
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
  - a. príloha č. 1 – Technická špecifikácia,
  - b. príloha č. 2 – Cena predmetu zmluvy s uvedením zľavy
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade so zákonom č.546/2010 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci dve a predávajúci dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa


V Bratislave dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....  
Ing. Ján Hrouzek, PhD  
splnomocnený zástupca

.....  
mjr. Ing. Róbert Pintér  
generálny riaditeľ sekcie hnuteľného a  
nehnuteľného majetku  
Ministerstva vnútra SR



## Agilent 7697A Headspace Sampler Technické špecifikácie



## Prehľad

Headspace sampler 7697A – založený na architektúre vedúcich produktov plynovej chromatografie 7890A GC a 7693A ALS – bol skonštruovaný tak, aby prekročil očakávania aj tých naj-náročnejších pracovníkov.

## Modely

- Agilent 7697A Headspace Sampler – 12 vialiek s jednopozíciovým ter-mostatom pre sekvenčné zahrieva-nie vzoriek
- Agilent 7697A Headspace Sampler s držiakom vzoriek – 111 vialiek s 12-pozíciovým termostatom pre op-timálny prekryv vzoriek

## Chromatografický výkon

### Opakovateľnosť plôch

- 7697A: <1.5% RSD
- 7697A s držiakom vzoriek: <1% RSD

## Narábanie so vzorkami

### Agilent 7697A

- Kapacita 12-vialiek
- Jednopozíciový hliníkový termostat

### Agilent 7697A s držiakom vzoriek

- Kapacita 111 vialiek
  - 108 vialiek v troch odnímateľ-ných stojanoch pre 36 vialiek (stojany sú odolné voči všetkým bežným rozpúšťadlám používa-ným v chromatografii)
  - Tri vialky v pozíciách pre prioritné vzorky
  - Stojany možno počas sekvencie presúvať pre zabezpečenie kon-tinuity
- Termostat s 12 pozíciami pre pres-né riadenie teploty v priebehu ekvi-libračného času
- Adaptívny algoritmický prekryv vzo-riek pre maximálnu priepustnosť
- Trepačka na vialky s nastaviteľnou frekvenciou a rýchlosťou umožňuje rýchlejšiu ekvilibračiu vzoriek
- Možnosť vybavenia integrovanou čítačkou čiarových kódov
- Možnosť vybavenia chladiacou platňou s teplotným senzorom, čo umožňuje obmedzenie ohrievania kritických vzoriek pred analýzou (vyžaduje obehové čerpadlo, ktoré nie je súčasťou dodávky)

## Spôsob dávkovania

- Robustný headspace-ový systém s ventilom a slučkou so štandardným elektronickým ovládaním tlakov umožňuje kompletne riadenie dáv-kovacieho procesu
- Možnosť neobmedzeného výberu GC kolón s priemerami od 50 do 530  $\mu\text{m}$  nezávisle od podmienok dávkovania
- Dráha vzorky je chemicky inertná
- Plne automatizovaný preplach všetkých kapilár medzi všetkými analýzami

## Vialky na vzorky

- Možnosť použitia akýchkoľvek via-liiek s objemom 10 mL, 20 mL a 22 mL, ktoré spĺňajú nasledovné špecifikácie:
  - Skrutkový alebo krimpový uzáver
  - Ploché alebo guľaté dno
  - Rozmery:
    - objem 10 mL (min. výška s uzáverom: 47.0 mm)
    - objem 20 mL a 22 mL (max. výška s uzáverom: 79.0 mm)
    - všetky veľkosti (priemer od 22.40 do 23.10 mm)
- Neobmedzené použitie rôznych druhov vialiek v rámci jednej sekvencie

## Pracovné módy

### Single Extraction

s prekryvom 12 vialiek pre maximálnu priepustnosť vzoriek, pričom sa použije rovnaký zahrievací čas pre každú vialku.

### Multiple Headspace Extraction (MHE)

s maximálne 100 extrakciami z vialky.

### Multiple Headspace Concentration (MHC)

s maximálne 100 extrakciami z jednej vialky a následnou GC analýzou pre maximálnu citlivosť.

### Method Development

mód používaný pre optimalizáciu head-space extrakcie inkrementovaním jedného z nasledovných parametrov: ekvilibračný čas, teplota termostatu alebo trepania vialky.

## Riadenie systému

### Použitie bez PC:

- Riadenie a monitorovanie pomocou zabudovanej chemickej odolnej klávesnice
- Multiriadkový displej
- LED indikátory stavu zariadenia (Not Ready, Run, Sleep, Service Due a Tray Park)
- Nastavené a aktuálne hodnoty všetkých parametrov
- Pamäť pre 32 užívateľom definovaných metód (plus 5 metód od výrobcu)
- Pamäť pre 9 užívateľom definovaných sekvencií

Softvérové riadenie cez LAN pripojenie GC alebo MSD data systému (OpenLab CDS ChemStation, OpenLab CDS EZChrom, GC ChemStation, and MSD ChemStation):

- Headspace parametre sú riadené cez konfiguračné a metódové dialógy
  - Aktuálne hodnoty parametrov sú zobrazené spolu so statusom GC alebo GC/MS zariadenia
  - Okno statusu headspace sekvencie zobrazuje informácie o vzorke graficky aj výpisom detailov
  - Každý krok metódy je zaznamenávaný do elektronického pracovného denníka (logbook)
- Zdokonalené riadenie parametrov čakajúcich na vykonanie:
- Diagramy graficky zobrazujúce status vzorky (možné iba v niektorých data systémoch)
  - "Pomocník" pre vývoj headspace metódy na základe:
    - Existujúcich metód založených na prenose vzorkovacích techník headspace
    - Špecifických informácií o vzorke (rozpušťač, bod varu)

## Riadenie Teploty

Všetky teplotné zóny (termostat, ventil, slučka a prenosová kapilára) majú možnosť nastavenia s inkrementom 1 °C a rozlíšenie aktuálnej teploty s presnosťou 0.1 °C alebo môžu byť vypnuté (neriadené).

### Nastaviteľné hodnoty:

#### Agilent 7697A

##### Termostat:

Off, 35 °C – 210 °C

##### Ventil a slučka:

Off, 35 °C – 210 °C

##### Transfer Line:

Off, 35 °C – 250 °C

#### Agilent 7697A s držiakom vzoriek

##### Termostat:

Off, Teplota okolia+ 5 °C – 300 °C

##### Ventil a slučka:

Off, Teplota okolia+ 5 °C – 300 °C

##### Transfer Line:

Off, Teplota okolia+ 5 °C – 300 °C

## Riadenie tlakov

Elektronické riadenie tlakov (EPC) s nasledujúcimi špecifikáciami:

- Kompenzácia na zmeny okolitého tlaku a teploty.
- Tlak je možné nastaviť s inkrementom 0.001 psi, regulácia tlaku je s presnosťou ± 0.001 v rozsahu 0.000 až 75.000 psi



- Prietoky je možné nastaviť s inkrementom 0.01 mL/min, regulácia prietoku je s presnosťou  $\pm 0.01$  v rozsahu 0.0 až 200 mL/min
- Zobrazenie tlaku v jednotkách zvolených užívateľom (psi, kPa, or bar)
- Tlakové senzory:
  - Presnosť:  $< \pm 2\%$  (celý rozsah)
  - Opakovateľnosť:  $< \pm 0.05$  psi
  - Tepelný koeficient:  $< \pm 0.01$  psi/°C
  - Posun:  $< \pm 0.1$  psi/6 mesiacov
- Prietokové senzory:
  - Presnosť:  $< \pm 5\%$   
v závislosti od plynu
  - Opakovateľnosť:  $< \pm 0.35\%$  z nastavenej hodnoty
  - Tepelný koeficient:
    - $< \pm 0.20$  mL/min na °C pre He
    - $< \pm 0.05$  mL/min na °C pre N<sub>2</sub>

#### Tlakovanie vialiek je plne riadené vstavaným EPC modulom

- Možnosť výberu použitého plynu (hélium alebo dusík)
- Možné pracovné módy:
  - Štandardný užívateľom nastaviteľný tlak vo vialke, tlakový nárast je vypočítaný podľa vstavaného algoritmu
  - Užívateľom nastaviteľný prietok umožňuje pomalé tlakovanie vialky postupne narastajúcim tlakom minimalizuje nežiadúce vplyvy na vzorku
  - Užívateľom nastaviteľný tlak vo vialke
  - Užívateľom nastaviteľný objem tlakovacieho plynu pridaného do vialky

#### Plnenie slučky je plne riadené vstavaným EPC modulom

- Možné pracovné módy:
  - Štandardné "plnenie slučky je vypočítané vstavaným algoritmom
  - Užívateľom nastaviteľné:
    - tlakový gradient (0 to 999.99 psi/min s inkrementom 0.01 psi/min)
    - konečný tlak (75 psi max) ekvilibračný čas (0 to 1.000 min s inkrementom 0.001)

#### Riadenie nosného plynu

##### Externým zdrojom

##### Napríklad plynový chromatograf

- Kompatibilné plyny: dusík, hélium, vodík a zmes argónu s metánom v pomere 95 % : 5 %

##### Zabudovaným EPC modulom,

- Kompatibilné plyny: dusík, hélium, vodík a zmes argónu s metánom v pomere 95 % : 5 %
- Pracovné módy: konštantný tlak, konštantný prietok, tlakový gradient alebo prietokový gradient
- Konfiguračné módy: priame riadenie alebo prídavný prietok
- Podpora maximálne 10 teplotných a 5 tlakových/prietokových gradientov plynového chromatografu

#### Riadenie času

- Ekvilibračný čas vialky:
  - 0 – 999.990 min
  - inkrement 0.001 min
- Doba dávkovania:
  - 0 – 999.990 min
  - inkrement 0.001 min
- Dĺžka cyklu GC analýzy:
  - 0 – 999.99 min
  - inkrement 0.01 min

#### Dráha vzorky

- Štandardná kapilára na prenos vzorky je vyrobená z deaktivovanej nehrdzavejúcej ocele SilcoNert 2000 (deaktivácia SilcoNert 1030 je na vyžiadanie)
- Štandardná 1-mL slučka je vyrobená z deaktivovanej nehrdzavejúcej ocele SilcoNert 2000; k dispozícii sú aj slučky s objemom 0.025 mL, 0.05 mL, 0.1 mL, 0.5 mL a 3 mL z toho istého materiálu (deaktivácia SilcoNert 1030 je na vyžiadanie)
- Kapilára na prenos vzorky do plynového chromatografu (transfer line) je 1 m dlhá a vyrába sa z nasledovných materiálov:

- Kapilára z taveného kremeňa s vnú-torným priemerom 0.25 mm, 0.32 mm alebo 0.53 mm (maximálny vonkajší priemer je 0.67 mm)
- Kovová kapilára s vnútorným priemerom 0.53 mm (Agilent UltiMetal alebo ProSteel) (maximálny vonkajší priemer je 0.67 mm)

#### Komunikácia

- LAN
- Remote START/STOP

#### Životné prostredie a bezpečnosť pri práci

Zariadenie bolo vyvinuté a je vyrábané v prostredí riadiacim sa nomou ISO 9001. Zariadenie je v zhode s medzinárodnými požiadavkami na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu.

- Pracovná teplota: 10 °C až 40 °C
- Pracovná vlhkosť: 5% až 95%
- Skladovacia teplota: -40 °C až 70 °C
- Vstupné napätie:  
100/200/220/230/240 V ± 10 %
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Maximálny príkon: 850 VA
- Zariadenie je v zhode s normami:
  - Canadian Standards Association (CSA): C22.2 No. 1010
  - CSA/Nationally Recognized Test Laboratory (NRTL): UL 3101
  - International Electrotechnical Commission (IEC): 61010-1
  - EuroNorm (EN): 61010-1
- Zariadenie je v zhode so smernica-mi o elektromagnetickej kompatibilitate (EMC) a rádiovfrekvenčnej interferencii (RFI):
  - CISPR 11/EN 55011: Group 1 Class A
  - IEC/EN 61326

#### Ostatné špecifikácie

##### Agilent 7697A

- Výška: 60.6 cm
- Šírka: 50.9 cm
- Hĺbka: 63.6 cm
- Typická hmotnosť: 38.1 kg

##### Agilent 7697A s držiakom vzoriek

- Výška: 80.0 cm
- Šírka: 50.9 cm
- Hĺbka: 63.6 cm
- Typická hmotnosť: 49.9 kg



Príloha č. 2

## CENA PREDMETU ZMLUVY

Cena Agilent Headspace 7697A Sampler:

Zmluvná cena bez DPH:	16 500,00 EUR
Sadzba DPH:	20 %
Výška DPH:	3 300,00 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH:	19 800,00 EUR
Cena za predmet bez zľavy:	17 925,00 EUR bez DPH
Poskytnutá zľava:	7,95 %

V Bratislave dňa

Za predávajúceho:

V Bratislave dňa

Za kupujúceho:

.....  
.....  
Ing. Ján Hrouzek, PhD  
splnomocnený zástupca

.....  
.....  
mjr. Ing. Róbert Pintér  
generálny riaditeľ sekcie  
hnuteľného a nehnuteľného majetku  
Ministerstva vnútra SR