

**PRÍLOHA Č. 1:**

**ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO TOVARU:**

**Chirurgický kryoablačný systém**

**Zn., resp. typ ponúkaného tovaru:** ATS Cryomaze

**Výrobca ponúkaného tovaru:** Medtronic

*Technické parametre:*

- jednorázová chirurgická kryoablačná sonda má zabudovaný termočlánok na monitorovanie teploty ablačného segmentu,
- ablačný segment má vrúbkovanú časť násadca,
- tvárny ablačný segment zabezpečuje vynikajúce teplotné vlastnosti a odolnosť pri ohybe,
- ablačný segment a nádstavec sondy sú vyrobené zo špeciálnej teplotne upravovanej nehrdzavejúcej ocele,
- konštrukcia násadca zabezpečuje dostatočnú poddajnosť, aby ho mohol chirurg ľahko tvarovať, zároveň má aj dostatočnú pevnosť, aby sa zabezpečila jeho stabilita v operačnom poli,
- kryt sondy je odizolovaný, s možnosťou jeho pohybu hore-dole po nádstavci, čím sa dá upravovať veľkosť kryozóny,
- pohyblivý odizolovaný kryt na násadci umožňuje chirurgovi meniť veľkosť ablačnej oblasti
- 10 cm: 25 -100 mm
- 7 cm: 0 - 70 mm
- sonda je dodávaná zabalená v sterilnom stave,
- sonda má cca 3 m dlhú hadicu na privod plynu, ktorá sa dá pripojiť k ovládacímu panelu,

V Bratislave, dňa .....

Obchodné meno predávajúceho: TIMED s.r.o.

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu predávajúceho: Richard Kylian – konateľ spoločnosti