



BMT, s.r.o. - Pod Párovcami 7271/165
P.O.BOX D-102, 921 01 PIEŠŤANY
Tel./Fax: 033/7915311, 033/7915313
IČO: 31 444 571 DIČ: 2020396554 IČ DPH: SK2020396554
Bankové spojenie: 2620732041/1100
Okresný súd Trnava č. zápisu 1599/T

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy **Kódové zaradenie - SUKL**

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Parný sterilizátor v nasledovnej minimálnej technickej špecifikácii:

Parný sterilizátor:

- Parný sterilizátor 2-dverový,
- objem komory 73 litrov pre sterilizáciu nástrojov, skla, textilu, predmetov z gumy, pevných, poréznych, plastových materiálov a roztokov v otvorených fľašiach.
- vlastný vyvíjač pary
- úpravovňa vody
- 2x transportný vozík
- 1x zaväzací vozík

Programové vybavenie:

- 20 základných programov
- Nástroje rýchle 134°C/4min, Univerzál 134°C/7min*, Univerzál kontajnery 134°C/7min*, Guma 121°C/20min, Špeciál, Bowie-Dick test 134°C/4min, Vákuový test 15min(5min vyrovnanie tlaku, 10min samotná dĺžka testu), Servis, ľubovoľný počet programov podľa potreby zákazníka
- tlaková sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele(ČSN 17347, DIN 1.4571, AISI 316Ti)
- automatické zatesnenie a odtesnenie, horizontálny otočný automatický šróbovací systém otvárania a zatvárania dverí
- plnoautomatické riadenie sterilizačného cyklu
- prehľadný ovládací dotykový farebný displej, „touch-screen“ 8,2"
- systém čip kariet, ktorý umožňuje zálohovanie upravených (modifikovaných) programov podľa potreby zákazníka
- výkonná vodokružná výveva zaisťujúca frakčné vákuum pred sterilizáciou
- dva vstavané mikroprocesorové riadiace systémy (Master-Slave) s vlastnými senzormi pre nezávislé vyhodnocovanie, riadenie a dokumentáciu pracovných cyklov
- displej zobrazuje nastavený program a dĺžku trvania programu do ukončenia sterilizácie
- ovládací panel zobrazuje údaje o teplote a tlaku v komore, plášti a tlaku vo vyvíjači pary
- audiodiagnostické riadenie sterilizačného cyklu
- zabudovaná tlačiareň pre dokumentáciu sterilizačných procesov



BMT, s.r.o. - Pod Párovcami 7271/165
P.O.BOX D-102, 921 01 PIEŠŤANY
Tel./Fax: 033/7915311, 033/7915313
IČO: 31 444 571 DIČ: 2020396554 IČ DPH: SK2020396554
Bankové spojenie: 2620732041/1100
Okresný súd Trnava č. zápisu 1599/T

- tlač chybového protokolu so zápisom všetkých parametrov
- možnosť voľby jazyka pre komunikáciu s prístrojom
- možnosť pripojenia na PC a ukladanie protokolov do pamäti počítača
- systém manuálneho alebo transportného vkladania materiálu
- automatický systém odsolovania




BMT, s.r.o. - Pod Párovcami 7271/165
P.O.BOX D-102, 921 01 PIEŠŤANY
Tel./Fax: 033/7915311, 033/7915313
IČO: 31 444 571 DIČ: 2020396554 IČ DPH: SK2020396554
Bankové spojenie: 2620732041/1100
Okresný súd Trnava č. zápisu 1599/T

Typové označenie: Unisteri HP 336-2

Výrobca: BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 50, CZ 60200 Brno

P. č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
1.	Parný sterilizátor 2-dverový,	áno	áno
2.	Objem komory 73 litrov pre sterilizáciu nástrojov, skla, textilu, predmetov z gumy, pevných, poréznych, plastových materiálov a roztokov v otvorených fľašiach	áno	áno
3.	Vlastný vyvíjač pary	áno	áno
4.	Upravovňa vody, reverzná osmóza	áno	áno
5.	2x transportný vozík	áno	áno
6.	1x zavážací vozík	áno	áno
7.	20 základných programov	áno	áno
8.	Nástroje rýchle 134°C/4min, Univerzál 134°C/7min*, Univerzál kontajnery 134°C/7min*, Guma 121°C/20min, Špeciál, Bowie-Dick test 134°C/4min, Vákuový test 15min(5min vyrovnanie tlaku, 10min samotná dĺžka testu), Servis, ľubovoľný počet programov podľa potreby zákazníka	áno	áno
9.	Tlaková sterilizačná komora s vyhrievaným plášťom z nerezovej ocele(ČSN 17347, DIN 1.4571, AISI 316TÍ)	áno	áno
10.	Automatické zatesnenie a odtesnenie, horizontálny otočný automatický šróbovací systém otvárania a zatvárania dverí	áno	áno
11.	Plnoautomatické riadenie sterilizačného cyklu	áno	áno
12.	Prehľadný ovládací dotykový farebný displej, „touch-screen“ 8,2"	áno	áno
13.	Systém čip kariet, ktorý umožňuje zálohovanie upravených (modifikovaných) programov podľa potreby zákazníka	áno	áno
14.	výkonná vodokružná výveva zaisťujúca frakčné vákuum pred sterilizáciou	áno	áno



BMT, s.r.o. - Pod Párovcami 7271/165
P.O.BOX D-102, 921 01 PIEŠŤANY
Tel./Fax: 033/7915311, 033/7915313
IČO: 31 444 571 DIČ: 2020396554 IČ DPH: SK2020396554
Bankové spojenie: 2620732041/1100
Okresný súd Trnava č. zápisu 1599/T

15.	Dva vstavane mikroprocesorové riadiace systémy (Master-Slave) s vlastnými senzormi pre nezávislé vyhodnocovanie, riadenie a dokumentáciu pracovných cyklov	áno	áno
16.	Displej zobrazuje nastavený program a dĺžku trvania programu do ukončenia sterilizácie	áno	áno
17.	Ovládací panel zobrazuje údaje o teplote a tlaku v komore, plášti a tlaku vo vyvíjači pary	áno	áno
18.	Audiodiagnostické riadenie sterilizačného cyklu	áno	áno
19.	Zabudovaná tlačiareň pre dokumentáciu sterilizačných procesov	áno	áno
20.	Tlač chybového protokolu so zápisom všetkých parametrov	áno	áno
21.	Možnosť voľby jazyka pre komunikáciu s prístrojom	áno	áno
22.	Možnosť pripojenia na PC a ukladanie protokolov do pamäti počítača	áno	áno
23.	Systém manuálneho alebo transportného vkladania materiálu	áno	áno
24.	Automatický systém odsolovania	áno	áno

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Ladislav Kondýč

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Piešťanoch, dňa