

ZMLUVA č. 08/TO/2014

o servisnom zabezpečení prístrojov a zariadení dodávaných firmou GETINGE International AB, Švédsko uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č.513/1993 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zmluvné strany

1.1 Zákazník:

Nemocnica Poprad, a.s.

Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Prešov, odd.: Sa, vl. č.: 10322/P

Adresa organizácie: Banícka č. 803/28, 058 45 Poprad

Zastúpená: MUDr. Jozef Tekáč, generálny riaditeľ

IČO: 36 513 458

DIČ: 2022127657

IČ DPH: SK2022127657

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN: SK10 0200 0000 0021 2701 3051

a

1.2 Servisná organizácia:

Skantech, s.r.o.

Zapísaný v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 22875/B

Adresa organizácie: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava

Zastúpená : Ing. Roman Bartoš, konateľ spoločnosti

IČO : 35 800 046

DIČ: 2020223733

IČ DPH: SK2020223733

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IBAN: SK35 1100 0000 0026 2870 0650

2. Predmet zmluvy

2.1 Pravidelná preventívna starostlivosť o spoľahlivú funkčnosť zariadení

Na základe vopred dohodnutého termínu so zákazníkom tak, aby nebola narušená plynulosť využívania prístrojov a zariadení GETINGE - uvedených v prílohe číslo 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, uskutoční sa 1 krát za polrok návšteva servisného technika - špecialistu na zariadenia GETINGE, ktorý zabezpečí činnosti v zmysle prílohy číslo 3.

Užívateľ zariadenia si samostatne zaistuje v súlade s príslušnými normami a predpismi uskutočňovanie DER a revíziu tlakových nádob.

2.2 Opravy nad rámec preventívnej starostlivosti

2.2.1 Opravy takéhoto charakteru sa realizujú na základe individuálnej objednávky zákazníka. Aby sa minimalizoval čas potrebný na odstránenie poruchy, uskutočňuje sa objednávka spravidla telefonicky s následným písomným potvrdením (môže byť realizované aj telefaxom, e-mailom).

- 2.2.2 Servisná organizácia vyšle na opravu svojho špecialistu najneskôr v priebehu 1 pracovného dňa po nahlásení poruchy. Pred začatím opravy má zákazník právo byť oboznámený s predbežnou kalkuláciou predpokladaných prác, ako aj potrebných náhradných dielov. Ak by došlo k prerušeniu opravy v dôsledku nutnosti výmeny poškodeného náhradného dielu, ktorý nie je toho času na sklade, servisná organizácia je povinná zabezpečiť potrebný náhradný diel v najkratšom možnom termíne.
- 2.2.3 Po ukončení opravy zákazník potvrdí servisnému technikovi pracovný výkaz a rozpis použitých náhradných dielov pri oprave, čo neskôr slúži ako podklad pri fakturácii.

3. Finančné vysporiadanie zmluvných strán

- 3.1 Za práce vykonané v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy, ktorá sa vzťahuje výhradne na zariadenia uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy, zákazník uhradí servisnej organizácii čiastku 692,00 € bez DPH (830,40 s DPH) za každú prehliadku, za každé zariadenie. Ceny za spotrebný materiál, dodaný pri pravidelnej prehliadke, sú uvedené v Prílohe č.2 a množstvo spotrebného materiálu bude vyfakturované podľa skutočne spotrebovaného množstva. Podkladom pre fakturáciu je zákazníkom odsúhlasené množstvo zrealizovaných prác a použitého materiálu.
- Doba splatnosti faktúr je 60 dní od obdržania faktúry zákazníkom. V prípade neplnenia termínov splatnosti si vyhradzuje servisná organizácia právo pozastaviť výkon servisu po dobu nevyhnutnú pre vyjasnenie spôsobu riešenia vzniknutej situácie.
- 3.2 Opravy nad rámec preventívnej starostlivosti podľa článku 2.2 tejto zmluvy budú faktúrované spolu s použitým materiálom a náhradnými dielmi na základe potvrdeného pracovného výkazu spolu s cestovnými nákladmi v zmysle platných predpisov.
- 3.3 V prípade, že servisná organizácia nenastúpi na opravu, resp. údržbu v stanovenom termíne podľa tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zákazníkovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,03% z fakturačnej ceny príslušného servisu za každý začatý deň omeškania.
- 3.4. V prípade, že zákazník nezaplatí fakturované práce v stanovenom termíne podľa tejto zmluvy, je povinný zaplatiť servisnej organizácii úrok z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Zákazník sa zaväzuje vždy dbať, aby zariadenie obsluhovali len osoby, ktoré sú s obsluhou prístrojov a zariadení dostatočne oboznámené a aby poverené osoby zákazníka vykonávali laickú údržbu.
- 4.2 Servisná organizácia na strane jednej a zákazník na strane druhej sa zaväzujú, že sa budú spoločne usilovať o čo najrýchlejšie vyjasňovanie a odstraňovanie prípadných nedorozumení - sporov. Obe strany menovite určia zodpovedného pracovníka s právom potvrdzovať písomné doklady v rámci spolupráce podľa tejto zmluvy.
- 4.3 Na vykonané práce podľa tejto zmluvy a servis na základe zvláštnych objednávok (bod 2.2) poskytuje servisná organizácia záruku po dobu 6 (šesť) mesiacov, ktorá začne plynúť odo dňa prevzatia vykonaných servisných prác zákazníkom.
- 4.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2014 do 31.12.2014.
- 4.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť od 01.03.2014.

- 4.6 Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe dohody zmluvných strán, vo forme písomných, vzostupne číslovaných dodatkov.
- 4.7 Túto zmluvu môže písomne vypovedať každá zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť do prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
- 4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že servisná organizácia nie je oprávnená postúpiť inému svoju podľadávkú vzniknutú z titulu plnenia podľa tejto zmluvy.
- 4.9 Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli čo do obsahu a rozsahu, že tieto ustanovenia vyjadrujú ich vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.
- 4.10 Vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 4.11 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.12 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. v platnom znení.
- 4.13 Táto zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré sú jej nedeliteľnou súčasťou:
Príloha č.1 - Zoznam prístrojov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje servisná zmluva.
Príloha č.2 - Kalkulácia 2 + 2 polročných servisných prehliadok (OCS a KOS)
Príloha č.3 - Servisné práce - 2 polročné prehliadky OCS a 2 polročné prehliadky KOS

Za zákazníka:

Za servisnú organizáciu:

V Poprade, dňa:

V Bratislave, dňa:

.....
MUDr. Jozef Tekáč
generálny riaditeľ
Nemocnica Poprad, a.s.

.....
Ing. Roman Bartoš
konateľ spoločnosti
Skantech, s.r.o.

Zoznam prístrojov a zariadení, na ktoré sa vzťahuje servisná zmluva:

Poz.	Popis zariadenia	Typ	Uvedené do prevádzky	Poznámka
pracovisko – Oddelenie centrálnej sterilizácie - 2 polročné prehliadky:				
1.	Parný sterilizátor GETINGE	HS 6613ER-2, 3111	31.10.2011	v.č. 2521583-010-01
2.	Parný sterilizátor GETINGE	HS 6613ER-2, 3111	31.10.2011	v.č. 2521583-010-02
3.	Parný sterilizátor GETINGE	HS 6613ER-2, 3111	31.10.2011	v.č. 2521583-020-01
4.	Dezinfekčná umývačka Decomat	8668GDT	31.10.2011	v.č. W50029299
5.	Dezinfekčná umývačka Decomat	8668GDT	31.10.2011	v.č. W50029300
6.	Dezinfekčná umývačka Decomat	8668GDT	31.10.2011	v.č. W50029301
7.	Dezinfekčná umývačka Decomat	8666GET	31.10.2011	v.č. W50028716
pracovisko – Centrálné operačné sály - 2 polročné prehliadky				
9.	Parný sterilizátor GETINGE	HS33 EC-1	29.12.2010	v.č. 10451529
10.	Parný sterilizátor GETINGE	HS33 EC-1	31.10.2011	v.č. 11321644
11.	Dezinfekčná umývačka Decomat	46-4 GET	31.10.2011	v.č. W50029147
12.	Dezinfekčná umývačka Decomat	46-4 GET	31.10.2011	v.č. W50029148
13.	Dezinfekčná umývačka Decomat	46-4 GET	31.10.2011	v.č. W50029172
14.	Dezinfekčná umývačka Getinge-Lancer	820LX	31.10.2011	v.č. 1X071521
15.	Dezinfekčná umývačka Getinge-Lancer	820LX	31.10.2011	v.č. 1X071522
16.	Dezinfekčná umývačka Getinge-Lancer	820LX	31.10.2011	v.č. 1X071523

Kalkulácia preventívnych prehliadok**Náklady na preventívne prehliadky:**

Hodinová sadzba servis:	40,00 €/hod.
Čas na ceste:	15,00 €/hod.
Dopravné náklady:	0,47 €/km

Nemocnica Poprad, a.s., pracovisko OCS a COS

Popis	Doprava	Čas na ceste	Servis	Spolu
Polročný servis	600 km	6 hod.	8 hodín	
	282,00 €	90,00 €	320,00 €	
Polročná servisná prehliadka bez DPH:				692,00
Spolu ročný servis (2 + 2 polročné prehliadky) bez DPH:				2.768,00
+ 20% DPH:				553,60
Ročný servis spolu vrátane DPH:				3.321,60 =====

Spotrebný materiál podľa doporučení výrobcu:

Pri ročnej servisnej prehliadke, resp. podľa príslušného počtu procesov sa dodá nasledovný spotrebný materiál:

poz.	ks	kat. číslo	Výrobok – označenie	cena / ks €EUR	Spolu €EUR
1.	6	460029001	Tesnenie dverí sterilizátora HS 66 – silikón – 66X	252,00	1.512,00
2.	3	470788801	Filter – vstup atm. vzduchu do komory sterilizátora HS66	91,80	275,40
3.	4	500745800	Filter - sušenie dezinfekčnej umývačky série 86	670,00	2.680,00
4.	2	4837427	Tesnenie dverí sterilizátora HS33	141,00	282,00
5.	1	4836051	Servisný set - filtre 1 sedimentačný a 2 uhlíkové	190,00	190,00
6.	1	48320124	Živica pre deionizátor - kapacita 1400 litrov pri 220 ppm	70,00	70,00
7.	2	4835850	Vzduchový filter HS33 – napúšťanie vzduchu do komory	138,50	277,00
8.	3	498906100	Filter pre sušenie myčky Decomat 46-4	165,00	495,00
			Spolu v € bez DPH:		5.781,40
			zľava 10%:		-578,14
			Spolu EUR bez DPH:		5.203,26
			+ 20 % DPH:		1.040,65
			Spolu v €EUR vrátane DPH:		6.243,91 =====

PERIODICKÁ TECHNICKÁ KONTROLA

Podľa § 12 Vyhlášky MZ SR č. 553/2007 z 15.08.2007

Ročná servisná prehliadka

GETINGE
GETINGE GROUP

Užívateľ:

Typ prístroja:

Trieda ZP:

Výrobné číslo:

Počet procesov:

	A – HS44XX, HS66XX, GE 26XX, GED, GE46 B – D4656, 46-series, S-472, 9100, 1200, 2000, 600 C – vyvíjač pary D – HS33, K-séria (12 mesiacov, alebo 1200 procesov)	A	B	C	D	Poznámka
1.	Vizuálna kontrola prístroja, konzultácia s obsluhou, kontrola servisnej knižky.					
2.	Kontrola / výmena tesnení dverí.					
3.	Kontrola a preskúšanie poistného ventilu.					
4.	Preskúšanie bezpečnostných prvkov (dvere, Interlock, stykače min. max.)					
5.	Kontrola pohybu dverí.					
6.	Teunosť zariadenia a spojov.					
7.	Test tečnosti, Bowie a Dick test. Kontrola priebehov procesov.					
8.	Kontrola Fo ventilu a splyňovača (iba LTSF sterilizátor).					
9.	Nastavenie a kontrola záznamového zariadenia.					
10.	Výmena vzduchového filtra podľa doporučeného intervalu, či aktuálneho stavu.					
11.	Vyčistenie a kontrola filtrov, odvádzadčov kondenzátu, plavákového ventilu.					
12.	Kontrola dávkovacích čerpadiel a prívodu detergentov.					
13.	Kontrola riadiacej elektroniky testovacími programami, záloha.					
14.	Kontrola el. rozvádzača, dotiahnutie svorkovnic.					
15.	Kontrola presnosti teplotného a tlakového snímača, predhriatia komory, vyvíjača pary.					
16.	Vynulovanie a nastavenie servisného intervalu. Kontrola posledných 20 poruchových hlásení v pamäti a ich vyhodnotenie.					
17.	Kontrola teplotného snímača vo výpusti z komory.					
18.	Nastavenie a kontrola vývevy.					
19.	Kontrola tesnení pre umývacie prúsenstvo v komore. Kontrola otáčania striekačích ramien.					
20.	Kontrola zanesenia vyvíjača pary, podľa potreby vyčistenie.					
21.	Kontrola hladinových elektród.					
22.	Záznam o priebehu prehliadky s doporučením ďalších zásahov, alebo náhradných dielov.					
23.	Vyznačenie platnosti periodickej prehliadky na čelnom paneli prístroja.					

Táto prehliadka nenahrádza elektro-reviziu, revíziu tlakových nádob a validáciu podľa príslušných nariadení. Podrobný popis servisných prác a ich prevedenie je uvedený v návode na údržbu daného prístroja.

ZÁVER: Zariadenie bolo preskúšané v súlade s návodom na údržbu a je funkčné a bezpečné*

ANO – NE

*Zariadenie môže obsluhovať iba zaškolená obsluha v súlade s návodom na používanie.

Poznámky:

Dátum:

Podpis technika:

Pečiatka: