

Srdcové chlopňové protézy

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy

Časť č.	Predmet	Merná jednotka (MJ)	ŠUKL	Kód MZSR	Obchodný názov	Predpokladané množstvo (MJ) za zmluvné obdobie	Cena za MJ			
							bez DPH	DPH v %	DPH v €	s DPH
5	Biologické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície – Stentované perikardiálne nízkoprofilové biologické protézy pre supraaunulárnu aortálnu implantáciu veľkosti 19-29, s nasledovnými parametrami: Implantačná výška Nr.19 ≤ 14mm; Nr.21 ≤ 15mm Flexibilita stentu chlopňovej protézy Stress Free fixácia biologického tkaniva Antikalcifikačná úprava EOA (Effective Orifice Area) : Nr.19 ≥ 1,2 cm2 ; Nr. 21 ≥ 1,8 cm2 Nízke transvalválne PG (Pressure Gradient) Biokompatibilita RTG kontrastný prstenec	ks	P 85905	X01450	Magna Ease Aortic 3300	110	2 190,91	10,00	219,09	2 410,00

Predávajúci (pečiatka):

Štatutárny orgán predávajúceho:

Ing. Peter Havier, konateľ spoločnosti UNOMED spol. s r. o.
v zastúpení Ing. Ľubomíra Pšotná Pšpánová, na základe plnomocenstva

Podpis:

V Trenčíne, dňa