

Kupujúci: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Názov predmetu zmluvy: Komplexná dodávka zdravotníckej techniky a vybavenia pre potreby Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Príloha č. 2.5 Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia

Názov: **EKG prenosné 12 zvodové**

Počet: 6 ks

Výrobca, typ: GE Medical Systems Information Technologies, USA, MAC1600

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
1	Napájanie zo siete 230V/50Hz	ANO
2	štandardne vstavaná batéria na minimálne 50 záznamov alebo 3 hodiny monitorovania	ANO
3	Farebný LCD displej s vynikajúcou viditeľnosťou so zobrazením 12 zvodov	ANO
4	Zobrazenie srdcovej frekvencie, EKG kriviek, kontroly elektród, zobrazenie času, rýchlosti záznamu, nastavenia filtrov, chybové hlásenia, pomocné hlásenia	ANO
5	Zobrazenie kvality signálu ešte pred záznamom	ANO
6	Prístroj poskytuje interpretácia + rozmeranie, softwer pre predpovedanie akútnej ischémie srdca nezávisle od času	ANO
7	Prístroj umožňuje spätný záznam v režime printscreen	ANO
8	Prístroj musí umožniť nastavenie a definovanie'	ANO
8.1	Dostupné a požadované informácie o pacientovi (vek, hmotnosť, výška, pohlavie)	ANO
8.2	Dostupné informácie o teste	ANO
8.3	Dostupné informácie o klinickej skúške	ANO
8.4	Nastavenia čítačky čiarových kódov	ANO
8.5	Manažér súborov poskytuje rozhranie pre doplnkovú internú pamäť systému alebo archív.	ANO
9	Poskytuje nástroje na:	ANO
9.1	import záznamov z externého zdroja,	ANO
9.2	tlač adresára internej pamäte	ANO
9.3	vyhľadávanie v uložených záznamoch	ANO
9.4	editovanie údajov pacientov v zázname	ANO
9.5	vymazanie záznamov	ANO
9.6	tlač záznamov	ANO
9.7	prenos záznamov do externého zariadenia, lekárskeho informačného systému	ANO
9.8	export záznamov na pamäť ovú digitálnu kartu alebo do archívu	ANO
9.9	Internú pamäť pre 100 EKG	ANO
9.10	Meranie v milimetroch za sekundu (mm/s) a zahŕňa tieto možnosti:	ANO
9.11	25 mm/s	ANO
9.12	50 mm/s	ANO
9.13	12,5 mm/s	ANO
9.14	5 mm/s	ANO
10	Prístroj umožní elimináciu , rušenie vlnových kriviek obmedzením frekvencií, ktoré zahŕňajú tieto možnosti:	ANO

10.1	20 Hz	ANO
10.2	40 Hz	ANO
10.3	100 Hz	ANO
10.4	150 Hz	ANO
10.5	Tlač na skladaný papier A4	ANO
11	Zariadenie chránené pred účinkami výboja zo srdcového defibrilátor. Vstup signálu pacienta musí byť chránený pred defibriláciou, aby nebolo potrebné pred defibrilovaním pacienta odstraňovať EKG elektródy.	ANO
12	Modul poradcu napojenia ako vizuálny ukazovateľ kvality signálov zvodov	ANO
13	Plná alfanumerická klávesnica	ANO
14	Konektor telefónu RJ11 konektor z interného modemu k analógovej telf. linke	ANO
15	USB konektor Štandardný konektor pre USB zariadenia, Pripojenie LAN RJ45 siet'ový konektor	ANO
16	Sériový konektor pre dátovú komunikáciu s informačným systémom Softwer pre pripojenie ku PC	ANO
17	Slot pre SD kartu Slot pre pamäť'ovú digitálnu kartu. Podpora pre SD karty naformátované na FAT alebo FAT16 systémy súborov.	ANO
18	Prístroj musí umožniť pripojenie externého video monitora, určený pre lekárske účely	ANO/umožňuje
19	Prístroj musí umožňovať skenovanie čiarového kódu pacienta (informácie o pacientovi zakódované v čiarovom kóde).	ANO/umožňuje
20	Čítačka čiarových kódov sa musí pripojiť do USB portu	ANO/do USB portu
21	Príslušenstvo:	ANO
21.1	elektrody	ANO
21.2	pacientské káble	ANO
21.3	EKG papier	ANO
21.4	pojazdný vozík	ANO
21.5	rameno na pacientske káble	ANO

Predávajúci: UNOTECH, spol. s r. o., Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

Meno štatutárneho orgánu Predávajúceho: Ing. Peter Havier, konateľ

Podpis štatutárneho orgánu Predávajúceho:

V Trenčíne, dňa

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

Telefónne číslo

V Trenčíne, dňa

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: