

Verejný obstarávateľ: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Nadlimitná zákazka - verejná súťaž - tovary - elektronická aukcia

Názov zákazky: Zariadenie na kontinuálny monitoring krvných plynov počas ECC

Príloha č. 2: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia

Názov: **Zariadenie na kontinuálny monitoring krvných plynov počas ECC**

Počet: 1 ks

Výrobca, typ : TERUMO Belgium, CDI500

P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
1	arteriálna a venózna saturácia	ÁNO/60-100%
2	hematokrit/Hemoglobín	ÁNO/Hct 15-45%, Hgb 5-15g/dl
3	prietok Arteriálnej a venózne krvi	ÁNO/0-9,9L/min
4	rozdiel venózných prietokov	ÁNO
5	srdcový index	ÁNO
6	detekcia embólií	ÁNO
7	FiO2	ÁNO
8	FiCO2	ÁNO
9	prietok plynov (počíta množstvo v uL)	ÁNO/10-400ml/min (O2)
10	tlak plynov	ÁNO
11	O2 prítok (do oxygenerátora)	ÁNO
12	CO2 - odvod	ÁNO
13	PO2	ÁNO/10-500mmHg
14	PCO2	ÁNO/10-80mmHg
15	C° Meranie teploty	ÁNO/10-45°C
16	Zber a zálohovanie dát na SD kartu	ÁNO

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Pavel Bohdal

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho:

V Bratislave, dňa

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

Telefónne číslo / e-mail:

V Bratislave dňa

Pechiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: