

Kúpna zmluva č. 001 / 2014

uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1. Predávajúci

Mgr. Štefan Papulák – SP MEDIART

Za záhradou 387

916 31 Kočovce

IČO: 46314466

DIČ: 1076051537

IČ DPH: Neplatiteľ DPH

bankové spojenie: TATRA Banka, a.s., pobočka Nové Mesto n. Váhom

číslo účtu: [REDACTED]

v zastúpení: Mgr. Štefan Papulák

(ďalej ako predávajúci)

1.2. Kupujúci:

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

IČO: 00365 327

DIČ: 2020598019

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu: [REDACTED]

v zastúpení: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.
riaditeľ

(ďalej ako kupujúci)

Čl. 2

Predmet zmluvy

2. Kúpnu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu **1 sadu infúzneho kompletu (lineárny injekčný dávkovač typ MOOG- Aitecs A2016 – 3 ks, dokovacia infúzna stanica pre 4 ks inj. dávkovačov typ MOOG- Aitecs IDS-04 – 1 ks, mobilný infúzny stojan typ I-239 – 1 ks)** podľa cenovej ponuky č. 003/2014 zo dňa 21.3. 2014, zabezpečiť dopravu do Univerzitnej nemocnice Martin a inštaláciu. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. Špecifikácia predmetu zmluvy tvorí *Prílohu č. 1* tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom/českom jazyku. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Čl. 3

Cena

3.1. Kúpna cena tovaru tejto zmluvy platí v zmysle zásad Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky a je určená dohodou zmluvných strán vo výške:

- cena za celý predmet zmluvy v € 5754,- EUR

(slovom päťtisíc sedemstopäťdesiatštyri)

(predávajúci nie je platcom DPH)

3.2. Doprava tovaru na miesto určenia predmetu zmluvy, inštalácia a ostatné odvody v krajine obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky sú zahrnuté v cene tovaru.

3.3. Zmenu ceny z dôvodu zmeny colných, daňových a cenových predpisov ovplyvňujúcich štruktúru dohodnutej ceny, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku k tejto kúpnej zmluve.

Čl. 4

Platobné podmienky

4.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru podľa čl. 3 tejto zmluvy na účet predávajúceho, č. ú. [REDACTED]

4.2. Cena predmetu plnenia je splatná po splnení dodávky do miesta určenia, inštalácie a zaškolenia zdravotníckeho personálu a odovzdania predmetu zmluvy do užívania na základe faktúry vystavenej predávajúcim splatnej do 60 dní od jej doručenia kupujúcemu.

Čl. 5

Miesto a dodacia lehota

5.1. Predávajúci dodá tovar a kupujúci ho prevezme a zaplatí za tovar tak, ako je uvedené v iných článkoch tejto zmluvy. Prepravu tovaru na miesto dodania hradí predávajúci. Miesto dodania tovaru: Univerzitná nemocnica Martin, KAIM, Kollárova 2, 036 59 Martin.

5.2 Dodacia lehota: do 24 hodín od termínu nadobudnutia účinnosti zmluvy.

5.3 O prevzatí tovaru podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol (dodací list). Súčasťou protokolárneho odovzdania tovaru do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru tovaru a bezpečnostno-technickým požiadavkám.

Čl. 6

Záručná lehota

6.1. Predávajúci poskytne na dodaný tovar záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť uvedením predmetu kúpnej zmluvy do prevádzky.

6.2. Zabezpečovateľom záručného a pozáručného servisu pre predmet zmluvy je predávajúci prostredníctvom zmluvných servisných technikov a servisných pracovísk s nástupom do 48 hodín od nahlásenia poruchy a po predložení záväznej objednávky.

Kontaktné osoby pre servis:

- **Mgr. Štefan Papulák – SP MEDIART** (dovozca a predávajúci)

Za záhradou 387, 916 31 Kočovce, tel. č. [REDACTED] email: spmediart@gmail.com

6.3. V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, predávajúci sa zaväzuje po túto dobu zapožičať kupujúcemu adekvátny prístroj.

6.4 Predávajúci zabezpečí v záručnej dobe zdarma min. 1 preventívnu prehliadku ročne v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.

Čl. 7

Zmluvné pokuty

7.1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania vo výške o 9 percentuálnych bodov vyšší ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku.

7.2. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

8.1. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len písomnou dohodou oboch zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve.

8.2 Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. V prípade, ak by došlo k postúpeniu pohľadávky na tretiu osobu bez súhlasu kupujúceho, je takého postúpenie pohľadávky neplatné.

8.3. Kúpna zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve jej vyhotovenia, ktoré majú platnosť originálu.

8.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

8.5. Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje táto kúpna zmluva, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.6. Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu, napísanú podľa ich slobodnej vôle prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy.

Príloha č. 1 zmluvy: Špecifikácia predmetu zmluvy

V Martine, dňa:

V Kočovciach, dňa: 21.3.2014

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Mgr. Štefan Papulák - SP MEDIART
Kočovce 387, 916 31
IČO: 46 314 466 DIČ: 1076051537
tel.: 0905 960 547

.....
Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.

riaditeľ UNM Martin

Mgr. Štefan Papulák

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy

Technická špecifikácia predmetu Infúzny komplet

Komplet sa skladá z:

- **3 ks lineárnych injekčných dávkovačov zn. MOOG- Aitecs, typ A2016**
- **1 ks dokovacej infúznej stanice (pre 4 ks inj. dávkovačov) zn. MOOG- Aitecs, typ IDS-04**
- **1 ks mobilného infúzneho stojana typ I-239**

Vlastnosti výrobku:

- rýchlosť dávkovania od 0,01 do 2200 ml/h
- mechanická presnosť $\pm 1 \%$
- volumetrická presnosť $\pm 2\%$ (podľa normy EN 60601-2-24)
- vstavaná batéria, výdrž 10 h pri rýchlosti prietoku 5 ml/h
- prístroj je vhodný pre pacientov s váhou od 0,3 kg do 300 kg
- kompatibilita so štandardnými injekčnými striekačkami s objemom 2/3– 60 ml od rôznych výrobcov
- možnosť voľby použitých jednotiek
- editovateľná databáza liečiv – až do 350 uložených druhov liečiv (vrátane editácie limitov bezpečného dávkovania)
- možnosť uchovávať záznamy o pacientovi (500) a záznamy udalostí (2000)
- vizuálny aj hlasový alarm, nastaviteľná úroveň hlasitosti a podsvietenia LCD displaya
- grafický LCD display, možnosť sledovať graf prietoku a oklúzneho tlaku
- dátové komunikačné rozhrania (USB, IrDA)
- možnosť používať prístroj samostatne (pri zachovaní plnej funkcionality), ako aj použitie v dokovacej infúznej stanici IDS
- režim prerušovanej infúzie INTERMITTENT, anesteziologický TIVA režim
- funkcia KVO (keep vein open – držať žilu otvorenú)
- VTBI (od 0,1 ml po 9999 ml alebo bez limitu)
- automatický aj manuálny bolus
- možnosť výpočtu koncentrácie liečivej látky
- systém detekcie náhleho oklúzie, voľba úrovne citlivosti alarmu pri zvýšení oklúzneho tlaku (10 úrovní – od 50mmHg po 950 mmHg)
- ochrana proti kvapaline IPX 1, ochrana proti elektrickým šokom trieda II., ochrana proti defibrilácii
- certifikácia CE 0408

- záložný zdroj napájania integrovaný v dokovacej infúznej stanici
- dátové komunikačné rozhrania integrované v dokovacej infúznej stanici (USB, IrDA, Ethernet RJ45), podporované komunikačné protokoly HTTP, TCP/IP, UDP, JSON
- mobilný infúzny stojan TYPU I-239 – navrhnutý a vyvážený špeciálne pre infúzne dokovacie stanice typu IDS

Podrobná technická špecifikácia výrobku

Parameter	Hodnota
Rýchlosti infúzií	2/3 ml striekačky – 0.01–60 ml/h 5/6 ml striekačky – 0.10–150 ml/h 10/12 ml striekačky – 0.10–300 ml/h 20/22 ml striekačky – 0.10–600 ml/h 30/35 ml striekačky – 0.10–900 ml/h 50/60 ml striekačky – 0.10–2200 ml/h (0.01-99.99 ml/h v krokoch po 0.01 ml/h 100.0-999.9 ml/h v krokoch po 0.1 ml/h 1000-2200 ml/h v krokoch po 1 ml/h)
Rýchlosti bolusu	2/3 ml striekačky – 0.10–60 ml/h 5/6 ml striekačky – 0.10–150 ml/h 10/12 ml striekačky – 0.10–300 ml/h 20/22 ml striekačky – 0.10–600 ml/h 30/35 ml striekačky – 0.10–900 ml/h 50/60 ml striekačky – 0.10–2200 ml/h (0.1 - 999.9 ml/h v 0.1 ml/h krokoch, 1000 - 2200 ml/h v 1 ml/h krokoch)
Rýchlosť vytlačenia vzduchu	2/3 ml striekačky – 1–60 ml/h 5/6 ml striekačky – 1–150 ml/h 10/12 ml striekačky – 1–300 ml/h 20/22 ml striekačky – 1–600 ml/h 30/35 ml striekačky – 1–900 ml/h 50/60 ml striekačky – 1–2200 ml/h (1-2200 ml/h v krokoch po 1 ml/h)
Veľkosti striekačky	2/3, 5/6, 10/12, 20/22, 30/35, 50/60 ml všetkých hlavných značiek, vrátane ďalších značiek podľa dohody

Jednotky dávkovania	ml, g, mg, mcg, ng, jednotky, k jednotky (kUnits), m jednotky (mUnits), mc jednotky (mcUnits), mol, mmol, mmol, nmol, mEq (/kg alebo m ²) /min alebo h alebo 24h
Limit objemu bolusu	0.10 – 60.0 ml v krokoch po 0.1 ml
Objem vytlačenia vzduchu	0.1 – 4.0 ml v krokoch po 0.1 ml
Maximálny objem za podmienky jedinej chyby	<0.5 ml
Objemová presnosť	±2 % (podľa normy EN 60601-2-24)
Mechanická presnosť	+/- 1%
Funkcia celkový podávaný objem (Volume To Be Infused - VTBI)	0.10 - 99.99 ml v krokoch po 0.01 ml 100.0 – 999.9 ml v krokoch po 0.1 ml 1000-9999 v krokoch po 1 ml 0 – bez obmedzenia
Programovateľná doba infúzie	1 s – 200 h
Rýchlosť v režime otvorenej žily (Keep Vein Open - KVO)	0.10 - 5.00 ml/h pre striekačky 10 ml a viac 0.01 - 5.00 ml/h pre striekačky 5 ml a menej
Objem KVO	0.1% - 10% objemu striekačky
Rýchlosť po VTBI	Zastavenie, KVO, alebo pokračovanie pri nastavenej rýchlosti
Doba Standby	1 min – 23 h 59 min
Plocha povrchu tela pacienta	0.1 – 10 m ²
Hmotnosť pacienta	0.3 – 300 kg
Alarmy skorého ukončenia infúzie	3 min – 60 min (upozornenie na čas) 1.0 ml – 50.0 ml (upozornenie na objem)
Reštart po oklúzii	0 – 2
Rýchle odhalenie oklúzie	Menej ako 5 min pri 1 ml/h pri 60 ml striekačke
Alarm tlaku oklúzie	10 úrovní pre striekačky 10 ml a viac : L1 (pribl. 50 mmHg), L2 (pribl. 150 mmHg), L3 (pribl. 250 mmHg), L4 (pribl. 350 mmHg), L5 (pribl. 450 mmHg), L6 (pribl. 550 mmHg), L7 (pribl. 650 mmHg), L8 (pribl. 750 mmHg), L9 (pribl. 850 mmHg), L10 (pribl. 950 mmHg)
	6 úrovní pre striekačky 5/6 ml a menšie : L5 (pribl. 450 mmHg) – L10 (pribl. 950 mmHg)
	4 úrovne pre 2/3 ml striekačky: L7 (pribl. 650 mmHg) – L10 (pribl. 950 mmHg)

Záznamy udalostí	>2000 udalostí
Záznamy o pacientovi	>500 udalostí
Záznamy o servise	50 udalostí
Prevedenie	na stole univerzálny stojan montáž na horizontálnych koľajničkách (Draeger) modulový systém infúzných dokovacích staníc IDS
Ochrana pred prúdom	Zariadenie typu CF odolné voči defibrilácii
Ochrana pred elektrickými šokmi	Trieda II
Ochrana proti rozliatej kvapaline	IPX1 (chránené proti vertikálne padajúcim kvapkám vody)
 0408 Značka (marked)	Zodpovedá požiadavkám nariadenia Council Directive 93/42/EEC o zdravotníckych prístrojoch
Použitie v sanitkách (Use in ambulances)	S určenou montážnou svorkou a držiakom (opcia) zodpovedajúcimi norme EN 1789:1999+A1:2003
Programovateľná knižnica liečiv	Možnosť uložiť do 350 liečiv vrátane editácie limitov bezpečného dávkovania
AC zdroj	100 - 240VAC, 50/60 Hz, 50VA
Batéria : Typ Prevádzka Doba nabíjania	NiMH, 7.2 V/2.5 Ah aspoň 10 h @ 5 ml/h 5 hodín na 100% nabitie
(DC zdroj External DC power supply)	12-16 VDC (2 A) – opcia
Rozsah prevádzkovej teploty	+5°C – +40°C
Teplota pri transporte a skladovaní	-20°C – +40°C
Prevádzkový atmosférický tlak	60 kPa – 106 kPa
Povolená relatívna vlhkosť	20 – 90%, žiadna kondenzácia
Uchovanie údajov v pamäti	Viac ako 9 mesiacov bez pripojenia na zdroj

Prepojenia	USB (periférne) IrDa (IR port prepojenia Výzva ošetrojúceho personálu - opcia
Hlasitosť alarmu	3 úrovne
Rozmery	(ŠxVxH) 320 × 120.5 × 137 mm
Hmotnosť	2.3 kg