

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU týchto SP

Predmet zákazky:

Stabilizačné a fixačné systémy

1. časť predmetu zákazky:

Dodávka stabilizačných a fixačných systémov na prednú stenu srdca

Výrobca, typ ponúkaného tovaru (doplní uchádzač):

MEDTRONIC, Octopus Evolution

Por. č.	Technické parametre a požadované hodnoty	Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
Stabilizačný a fixačný systém na prednú stenu srdca musí:		
1	pozostávať z plne rotovateľného fixačného ramena a minimalizovanej fixačnej šrúbky	ÁNO
2	umožňovať podtlakovú stabilizáciu	ÁNO
3	umožňovať univerzálne fixovanie k štandardným hrudným retractorom	ÁNO
4	fixačné plochy musia byť flexibilné a tubing priesvitný, silikónové, plne polohovateľné a rotovateľné	ÁNO
5	fixačný mechanizmus musí byť výrazne stabilný na kovový rám hrudného reaktora	ÁNO
6	povrch fixačného ramena musí byť potiahnutý silikónom z dôvodu zábrany zatekania krvi do mechanických častí stabilizátora	ÁNO

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Telefónne číslo / e-mail:

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho:

TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Richard Kylian - konateľ