

Príloha č. 1 - **ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU** týchto SP

Predmet zákazky:

Stabilizačné a fixačné systémy

2. časť predmetu zákazky:

Dodávka stabilizačných a fixačných systémov na zadnú, spodnú a bočnú stenu srdca

Výrobca, typ ponúkaného tovaru (doplní uchádzač):

MEDTRONIC, Starfish2

Por. č.	Technické parametre a požadované hodnoty	Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
Stabilizačný a fixačný systém na zadnú, spodnú a bočnú stenu srdca musí:		
1	pozostávať z fixačného ramena s podtlakovou stabilizáciou a minimalizovanej fixačnej šrúbky	ÁNO
2	umožňovať univerzálne fixovanie k štandardným hrudným konktorom s úzkym profilom prispôbené na šetrné uchytienie hrotu srdca do silikónového koša bez obmedzenia hemodynamiky	ÁNO
3	fixačné plochy musia byť silikónové, plne polohovateľné a rotovateľné	ÁNO
4	fixačný mechanizmus na kovový rám hrudného retraktora musí byť výrazne stabilný	ÁNO

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Telefónne číslo / e-mail:

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho:

TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Richard Kylian - konateľ