

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

**Katétre pre intravaskulárnu sonografiu**

2. časť predmetu zákazky:

**Intravaskulárny zobrazovací katéter**

Výrobca, typ ponúkaného tovaru:

Boston Scientific  
**Atlantis™ SR Pro**

Technické parametre a požadované hodnoty	Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na vyšetovanie a diagnostiku pacientov s koronárnym ochorením, najmä za účelom spresnenia kvantifikácie stenóz a posúdenia štruktúry cievnej steny (u pacientov s hraničným koronárnym postihnutím), za účelom optimalizácie perkutánnej koronárnej intervencie:	áno
<b>Položka č. 1 tejto časti predmetu zákazky - intravaskulárny zobrazovací katéter</b>	
- katéter pre intravaskulárne vyšetrenie cievy, kompatibilný so systémom iLab™	áno
- dĺžka katétra 135cm (usable length)	áno / 135cm
- hydrofilné polymérové krytie Bioslide distálne v dĺžke 23cm	áno / 23cm
- frekvencia prevodníka 40 MHz	áno / 40MHz
- rotačný dizajn prevodníka	áno
- konizovaná špička katétra so vstupným profilom 1.7F/ 0.56" (entry profile)	áno / 1.7F/ 0.56"
- minimálna penetrácia 6 mm	áno / 6 mm
- axiálne rozlíšenie 43 µm	áno / 43 µm
- vyhodnocovanie katétrom zosnímaných údajov prebieha cez vyšetovací systém iLab™	áno

**Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa** pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

**Meno, priezvisko: MVDr. Jana Noskovičová**

**Telefónne číslo / e-mail: +421 907 745 390, jnoskovicova@pharmagroup.sk**

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

**Obchodné meno predávajúceho: PHARMA GROUP a.s., SNP 150, 908 73**

**Vo Veľkých Levároch**

**dňa**

**Meno, podpis a pečiatka predávajúceho:**

.....  
MUDr. Peter Kočalka, predseda  
predstavenstva