

## Opis technických a funkčných parametrov ponúkaného zariadenia, resp. vybavenia

Verejný obstarávateľ:

**Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.**

Predmet/názov zákazky:

**Hlavy do centrifugálneho čerpadla**

Postup verejného obstarávania:

zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže - elektronická aukcia

Výrobca, typ (doplní uchádzač): TERUMO EUROPE N.V., Belgicko

Typ: 164275X

### Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy

Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:		Ponúkaná hodnota: (ANO - NIE/hodnota parametra)
<b>ČASŤ 1</b>		
1	Hlavy a prietokomery kompatibilné s centrifugálnym systémom SARNS	ÁNO
2	na jednorazové použitie	ÁNO
3	sterilne balená každá časť jednotlivo	ÁNO
4	nízky prime volume 48 mL	ÁNO/48ml
5	rozsah možnej rotácie do 3 600 ot./minúta	ÁNO/do 3600ot./min
6	rozsah tlaku do 700 mmHg	ÁNO/do 700mmHg
7	rozsah výkonu do 9,9 l/minúta	ÁNO/do 9,9l/min
8	konektor 3/8 "	ÁNO/3/8 "
9	efektívny dizajn s odolným krytom z polykarbonátu	ÁNO
10	potiahnutie kvalitným biokoatingom	ÁNO

Predávajúci: Ing. Pavel Bohdal

V Bratislave, dňa