

PRIESKUM TRHU - žiadosť o cenovú ponuku

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo organizácie: Ondavská 8, 040 11 Košice
IČO: 36 601 284
DIČ: 202 210 8704
IČ DPH: SK2022108704
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Barbarič
Tel.: +421 55/ 789 1628
Fax: +421 55/ 789 1603
E-mail: jbarbaric@vus.ch.sk

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY

Vyhrievacie teleso pre pacienta - dynamický ohrev pacienta

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Zariadenie pre dynamický ohrev pacienta musí poskytovať jeho výkonný ohrev počas operačných výkonov a takisto pri ohreve pooperačných stavov. Zariadenie musí zabezpečiť ohrev pacienta dynamickým systémom, pri ktorom dochádza k rýchlej výmene tepla prostredníctvom prikrývky, do ktorej sa vháňa zohriaty filtrovaný vzduch a telom pacienta.

- Zariadenie musí mať nastavenie minimálne na 5 teplotných rozsahov, s možnosťou intenzívneho ohrevu.
- Automatické zníženie teploty pri intenzívnom ohreve.
- Intuitívny LCD displej s jednoduchým prístupom do menu.
- Teplotný indikátor aktuálnej hodnoty teploty a aj zvolenej teploty.
- Automatické zníženie teploty po 45 minútach použitia intenzívneho ohrevu.
- Veľkokapacitný vzduchový HEPA filter; 0.3μ; 99,97 % účinnosť.
- Alarmové hlásenie expirácie HEPA filtra.
- Informácia o expirácii HEPA filtra, životnosť filtra minimálne 2.000 hod. .
- USB port.
- Široký výber príslušenstva schopný pokryť jeho použitie počas operačných výkonov a pooperačných stavov. Musí spĺňať hygienické požiadavky pre konkrétne použitie.
- Prikrývky sú vyrobené zo silného, dvojvrstvového materiálu, ktorý odolá prepichnutiu, tekutinám, sú jemné a pružné.
- Prikrývky nesmú obsahovať latexové materiály.
- Možnosť celotelového ohrevu a aj ohrevu iba vybraných častí tela pacienta.
- Flexibilná tvarovateľná hadica.
- Možnosť použitia pre dospelých, deti a novorodencov.
- Nízka hmotnosť do 5,3 kg.
- Súčasťou dodávky je samonosný vozík.
- Možnosť upevnenia na bok postele, alebo IV stojan.
- Zariadenie spĺňa požiadavky RoHS a IEC štandardov.
- Napájanie zo siete 230 V.

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

7.000,- EUR bez DPH / za 3 ks

5. TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Kúpna zmluva. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok je uvedené v Prílohe č. 1 - Návrh kúpnej zmluvy tejto výzvy (ďalej len „Príloha č. 1“).

6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Miesto dodania: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice.

Termín dodania: najneskôr do 8 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

7. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

V rámci predloženej ponuky je uchádzač povinný uviesť, že súhlasí so zmluvnými podmienkami uvedenými v Prílohe č. 1 a k ponúkanému produktu uvedie jeho ŠUKL kód.

8. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Najnižšia celková cena s DPH za predmetu zákazky.

9. SPÔSOB DORUČENIA PONUKY A LEHOTA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Uchádzač môže predložiť svoju ponuku elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa do 03.06.2014 do 14:00 hod.

10. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Od uchádzača sa požaduje predložiť cenovú ponuku v nasledujúcom zložení:

Por. č.	Názov položky predmetu zákazky	Názov ponúkaného produktu uchádzača	ŠUKL kód	Mer. jed. (MJ)	Množstvo	Cena za MJ (EUR)			Celková cena (EUR)	
						bez DPH	Sadzba DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1.	Vyhrievacie teleso pre pacienta - dynamický ohrev pacienta			ks	3					

11. PRÍLOHY

Príloha č. 1 - Návrh kúpnej zmluvy