

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

Kardioplegické sety s príslušenstvom

1. časť predmetu zákazky - **ŠZM pre kardioplégiu**

Položka č. 1 tejto časti predmetu zákazky - **Kardioplegická ihla**

Technické parametre a požadované hodnoty	Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
- kardioplegická kanylka-ihla musí byť umelohmotná, dvojramenná	áno
- jedno rameno musí byť vystužené ihlou s luerovou koncovkou a extra tlačkou a druhé rameno s tlačkou a ¼ koncovkou	áno
- musí byť priehľadná s priemerom G14 (2,3mm)	áno
- musí byť štvorcového tvaru „suture flange“, flexibilná	áno
- fixácia ihly musí byť pomocou luer locku	áno

Položka č. 2 tejto časti predmetu zákazky - **Kardioplegická retrográdna kanyla**

Technické parametre a požadované hodnoty	Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
- telo kanyly musí byť z PVC s antiretrakčným lúmenom	áno
- veľkosť 14Fr. (4,7mm)	áno
- dĺžka kanyly musí byť minimálne 25cm	áno
- musí obsahovať samonafukovateľný hladký balón s priemerom min.18mm	áno

Položka č. 3 tejto časti predmetu zákazky - **Kardioplegický set štvoramenný – multiperfúzny**

Technické parametre a požadované hodnoty	Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
- umelohmotný	áno
- set musí byť štvoramenný, pričom 3 ramená musia mať dĺžku cca 25 cm a jedno rameno musí byť kratšie, cca 8 cm	áno
- musí byť vyhotovený v silikónovom prevedení	áno
- každé rameno musí obsahovať tlačku a musí byť zakončené luerovým koncom	áno
- set musí obsahovať kanylku na safénu	áno

Výrobca ponúkaného tovaru (doplní uchádzač): Edwards Lifesciences USA

Typ ponúkaného tovaru (doplní uchádzač): Kardioplegický set s príslušenstvom

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Ing. Róbert Kútny

Telefónne číslo / e-mail: 032/6505017/ kutny@unomed.sk

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho: Ing. Peter Havier
V Trenčíne
dňa 6.6.2014

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikat' alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.