

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

Kardioplegické sety s príslušenstvom

2 časť predmetu zákazky - **Kardioplegické kanyly do koronárnych artérií s pevnou rukoväťou**

Technické parametre a požadované hodnoty	Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
- kanyla s použitím do ústí vencovitých artérií	ÁNO
- veľkosť kanyly od 10 do 14 Fr.	ÁNO
- špic kanyly musí obsahovať zberný kôš	ÁNO
- distálny úsek kanyly musí byť zahnutý v uhle 135° a 90° (je to uhol rukoväte a distálnej časti)	ÁNO
- dĺžka cca 20 cm	ÁNO
- driek rukoväte musí byť z kovového materiálu	ÁNO
- ukončenie kanyly luer lock alebo kónicky	ÁNO

Výrobca ponúkaného tovaru (doplň uchádzač): MEDTRONIC

Typ ponúkaného tovaru (doplň uchádzač): KANYLY

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Telefónne číslo / e-mail:

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho:

TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

V Bratislave, dňa 6.6.2014

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Richard Kylian - konateľ