

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

**Kardioplegické sety s príslušenstvom**

5. časť predmetu zákazky - **Kardioplegický set skupiny 2**

| Technické parametre a požadované hodnoty |  | Ponúkaná hodnota<br>(ÁNO - NIE/hodnota parametra) |
|--|--|---|
| -  | set na aplikáciu krvnej kardioplegie musí pozostávať z :   |   |
|  | • hadicového setu  | ÁNO   |
|  | • výmenníka tepla<br>- musí obsahovať pevný obal z plastickej hmoty, v ktorom sa bude nachádzať nerezový výmenník tepla<br>- musí obsahovať dve koncovky 1/2 s bajonetovým zakončením<br>- vo vnútri musí mať integrovaný snímač, resp. musí byť zabezpečená možnosť vloženia teplotného snímača | ÁNO   |
|  | • obvodovej hadice na kardioplegický roztok<br>- priemer musí byť 3/16x1/16<br>- dĺžka hadice musí byť min. 2m<br>- ukončenie jedného konca musí byť závitovou spojkou a druhého konca luer spojkou<br>- musí byť zabalená sterilne  | ÁNO   |
| -  | kardioplegický set musí byť kompatibilný s prístrojmi pre mimotelový obeh Performer CPB  | ÁNO   |

**Výrobca ponúkaného tovaru** (doplň uchádzač): MEDTRONIC

**Typ ponúkaného tovaru** (doplň uchádzač): Kardioplegický set

**Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa** pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

**Meno, priezvisko:**

RNDr. Juraj Švec

**Telefónne číslo / e-mail:**

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

**Obchodné meno predávajúceho:**

TIMED s.r.o.  
Trnavská cesta 112  
821 01 Bratislava

V Bratislave, dňa 6.6.2014

**Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:**

Richard Kylian - konateľ