

Príloha č. 1 - **ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU**

Predmet zákazky:

Kardioplegické sety s príslušenstvom

5. časť predmetu zákazky - **Kardioplegický set skupiny 2**

Technické parametre a požadované hodnoty		Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
-	set na aplikáciu krvnej kardioplégie musí pozostávať z :	
	• hadicového setu	ÁNO
	• výmenníka tepla - musí obsahovať pevný obal z plastickej hmoty, v ktorom sa bude nachádzať nerezový výmenník tepla - musí obsahovať dve koncovky 1/2 s bajonetovým zakončením - vo vnútri musí mať integrovaný snímač, resp. musí byť zabezpečená možnosť vloženia teplotného snímača	ÁNO
	• obvodovej hadice na kardioplegický roztok - priemer musí byť 3/16x1/16 - dĺžka hadice musí byť min. 2m - ukončenie jedného konca musí byť závitovou spojkou a druhého konca luer spojkou - musí byť zabalená sterilne	ÁNO
-	kardioplegický set musí byť kompatibilný s prístrojmi pre mimotelový obeh Performer CPB	ÁNO

Výrobca ponúkaného tovaru (doplň uchádzač): MEDTRONIC

Typ ponúkaného tovaru (doplň uchádzač): Kardioplegický set

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Telefónne číslo / e-mail:

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho:

TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

V Bratislave, dňa 6.6.2014

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Richard Kylian - konateľ