

Príloha č. 1 - **ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU**

Predmet zákazky:

Kardioplegické sety s príslušenstvom

4. časť predmetu zákazky - **Kardioplegický set skupiny 1**

Technické parametre a požadované hodnoty	Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
- kardioplegický set s výmenníkom tepla na doručenie kardioplégie v pomere 4:1	ÁNO
- musí pozostávať z :	
• hadicového setu	ÁNO
• výmenníka tepla - s možnosťou riadenej zmeny teploty (z TCM II) - s možnosťou pripojenia spojkami 1/2 - vstupný konektor musí byť 1/4 a výstupný 3/16 - plniaci objem nemôže byť viac ako 55 ml - musí byť opatrený nerezovým výmenníkom, priehľadným obalom a lapačom vzduchových bublín - musí mať integrovaný filter s otvorom pórov nie väčším ako 100 mikrónov - s povrchom 640 cm ²	ÁNO
• obvodovej hadice na kardioplegický roztok - priemer 3/16 x 1/16 - dĺžka musí byť minimálne 2m - jeden koniec musí byť ukončený závitovou spojkou a druhý koniec luer spojkou - musí byť zabalená sterilne v osobitnom obale	ÁNO
- kardioplegický set musí byť kompatibilný s prístrojmi pre mimotelový obeh Terumo System 1	ÁNO

Výrobca ponúkaného tovaru:

MAQUET Cardiopulmonary AG

Typ ponúkaného tovaru:

PLEGIOX, hadicový set

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

Henrieta Novotková

Telefónne číslo / e-mail:

0917 912 749

novotkova@operativa.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho: Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o

V Bratislave

dňa 5.6.2014

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača: RNDr. Peter Augustin, konateľ