

Príloha č. 1 - **ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU**

Predmet zákazky:

Kardioplegické sety s príslušenstvom

5. časť predmetu zákazky - **Kardioplegický set skupiny 2**

Technické parametre a požadované hodnoty		Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
-	set na aplikáciu krvnej kardioplégie musí pozostávať z :	ÁNO
	• hadicového setu	ÁNO
	• výmenníka tepla - musí obsahovať pevný obal z plastickej hmoty, v ktorom sa bude nachádzať nerezový výmenník tepla - musí obsahovať dve koncovky ½ s bajonetovým zakončením - vo vnútri musí mať integrovaný snímač, resp. musí byť zabezpečená možnosť vloženia teplotného snímača	ÁNO, výmenník tepla pozostáva z polykarbonátového obalu so zabudovaným nerezovým výmenníkom tepla. Obsahuje hydrofóbnu membránu, ktorá uľahčuje odvzdušnenie systému, spojku na vloženie teplotného snímača a monitorovanie teploty podávanej kardioplegickej zmes. Taktiež obsahuje snímač na meranie tlaku v systéme a bezpečnostný ventil proti pretlaku. Výmenník tepla je pripojiteľný Hansen spojkami k chladiacemu zariadeniu.
	• obvodovej hadice na kardioplegický roztok - priemer musí byť 3/16x1/16 - dĺžka hadice musí byť min. 2m - ukončenie jedného konca musí byť závitovou spojkou a druhého konca luer spojkou - musí byť zabalená sterilne	ÁNO, set obsahuje osobitne sterilne balenú obvodovú hadicu s dĺžkou 260cm (je možné ju podľa Vašej požiadavky upraviť), hadice s priemerom 3/16 x 1/16. Ukončenie hadice je z jednej strany luerovou spojkou, z druhej závitkov.
-	kardioplegický set musí byť kompatibilný s prístrojmi pre mimotelový obeh Performer CPB	ANO, kompatibilný so všetkými prístrojmi pre mimotelový obeh

Výrobca ponúkaného tovaru : SORIN GROUP s.r.l., ITALY

Typ ponúkaného tovaru : Kardioplegický set - dĺžku hadíc a ich priemer je možné upraviť podľa presných požiadaviek obstarávateľa

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Zuzana Veselovská

Telefónne číslo / e-mail: 0903 246 800, medicaslovakia@slovanet.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho: Medline Medica Slovakia s.r.o.

V Bratislave, dňa 23.06.2014

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača: Zdeněk Bott