

Príloha č. 1 - **ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU**

Predmet zákazky:

**Kanyly**

9. časť predmetu zákazky - **Venózne pravouhlé kanyly s plastovým hrotom typu "single stage"**

| Technické parametre a požadované hodnoty |                                                                          | Ponúkaná hodnota<br>(ÁNO - NIE/hodnota parametra) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -                                        | venózna kanyla musí byť single, pravouhlá, určená pre mitrálnu chirurgiu | ÁNO                                               |
| -                                        | musí byť vystužená v celej dĺžke a musí obsahovať plastový hrot          | ÁNO                                               |
| -                                        | musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená                              | ÁNO                                               |
| -                                        | veľkosť od 28 do 40 Fr.                                                  | ÁNO                                               |
| -                                        | hrúbka zakončenia kanyly musí byť 3/8                                    | ÁNO                                               |
| -                                        | dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm                            | ÁNO                                               |
| -                                        | uhol v distálnej časti musí byť 90°                                      | ÁNO                                               |
| -                                        | hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi           | ÁNO                                               |
| -                                        | musí mať vyznačenú orientačnú líniu                                      | ÁNO                                               |

**Výrobca ponúkaného tovaru** (doplní uchádzač): MEDTRONIC

**Typ ponúkaného tovaru** (doplní uchádzač): KANYLY

**Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa** pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

**Meno, priezvisko:**

RNDr. Juraj Švec

**Telefónne číslo / e-mail:**

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

**Obchodné meno predávajúceho:**

TIMED s.r.o.  
Trnavská cesta 112  
821 01 Bratislava

V Bratislave, dňa 30.6.2014

**Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:**

Richard Kylian - konateľ