

Príloha č. 1 - **ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU**

Predmet zákazky:

Kanyly

8. časť predmetu zákazky - **Venózne pravouhlé kanyly s kovovým hrotom typu "single stage"**

Technické parametre a požadované hodnoty		Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
-	venózna kanyla musí byť typu single, pravouhlá a určená pre mitrálnu a trikuspidálnu chirurgiu	ÁNO
-	musí byť vystužená v celej dĺžke a musí byť opatrená kovovým hrotom	ÁNO
-	musí byť tenkostenná, jednoliata a nelepená	ÁNO
-	veľkosť od 28 do 40 Fr.	ÁNO
-	hrúbka zakončenia kanyly 3/8	ÁNO
-	dĺžka kanyly musí byť min. 35 cm a max. 45 cm	ÁNO
-	uhol v distálnej časti musí byť 90°	ÁNO
-	hrot kanyly musí mať majákový tvar s viacerými bočnými otvormi	ÁNO
-	musí mať vyznačenú orientačnú líniu	ÁNO

Výrobca ponúkaného tovaru (doplní uchádzač): MEDTRONIC

Typ ponúkaného tovaru (doplní uchádzač): KANYLY

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Telefónne číslo / e-mail:

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho:

TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

V Bratislave, dňa 30.6.2014

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Richard Kylian - konateľ