

Príloha č. 1 - **ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU**

Predmet zákazky:

Kanyly

4. časť predmetu zákazky - **Venózne kanyly typu "dual stage"**

Technické parametre a požadované hodnoty		Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
-	venózna kanyla musí byť typu "dual stage"	ÁNO
-	musí byť dvojstupňová, tvar hrotu musí byť majákový a musí obsahovať viaceré bočné otvory na zlepšenie drenáže, jednoliata, nelepené, vystužené drôtom, s možnosťou prevedenia s biokompatibilným poťahovaním (coating)	ÁNO
-	kanyla musí byť jednoliata, tenkostenná, nelepená (z jedného kusu materiálu)	ÁNO
-	musí byť vystužená drôtom a obsahovať vodič	ÁNO
-	veľkosti kanýl : 28/38, 33/43, 34/46 Fr.	ÁNO
-	musí mať multiotvorový špic a atialny kôš, hrúbka zakončenia kanyly 1/2 s konektrom	ÁNO
-	dĺžka kanyly musí byť minimálne 38 cm a maximálne 42 cm	ÁNO

Výrobca ponúkaného tovaru (doplní uchádzač): MEDTRONIC

Typ ponúkaného tovaru (doplní uchádzač): KANYLY

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Telefónne číslo / e-mail:

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho:

TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

V Bratislave, dňa 30.6.2014

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Richard Kylian - konateľ