

Príloha č. 1 - **ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU**

Predmet zákazky:

Kanyly

5. časť predmetu zákazky - **Venózne kanyly typu "triple stage"**

Technické parametre a požadované hodnoty		Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
-	venózna kanyla musí byť typu "triple stage" určená na použitie s VAD	ÁNO
-	kanyla musí byť trojstupňová s heparínovou povrchovou úpravou	ÁNO
-	určená na použitie pravostrannej srdcovej podpory	ÁNO
-	dĺžka kanyly musí byť minimálne 35 cm	ÁNO
-	musí mať možnosť napojenia 3/8 konektora s dvomi košíkmi	ÁNO

Výrobca ponúkaného tovaru (doplní uchádzač): MEDTRONIC

Typ ponúkaného tovaru (doplní uchádzač): KANYLY

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Telefónne číslo / e-mail:

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho:

TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

V Bratislave, dňa 30.6.2014

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Richard Kylian - konateľ