

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

Kanyly

2. časť predmetu zákazky - Arteriálne kanyly s rovným a zošíkmeným hrotom

Technické parametre a požadované hodnoty		Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
-	aortálna kanyla musí mať biokompatibilné potiahovanie (coating)	ÁNO
-	kanyla musí byť vystužená, umelohmotná	ÁNO
-	hrot kanyly musí byť priehľadný, rovný a zošíkmený	ÁNO
-	telo kanyly musí byť výrazne flexibilné (umožňujúce kanyláciu aorty do oblúka)	ÁNO
-	hrot kanyly musí byť opatrený difúzorom zabezpečujúcim rovnomerné, bezpečné, konštantné, tlakové a rýchlostné prietoky	ÁNO
-	gradienty, zabezpečenie kontinuálneho laminárneho prúdenia	ÁNO
-	tlakový gradient musí byť čo najnižší, max.90mmHg	ÁNO
-	musí mať bezpečný, jednoduchý a inkorporovaný odvodušňovací systém umožňujúci zjednodušenie naplnenia a odvzdušnenia kanyly	ÁNO
-	držiak na fixáciu kanyly turniketami	ÁNO
-	variabilita veľkostí 21 až 24 Fr. (6-8mm)	ÁNO
-	dĺžka kanyly musí byť min. 30 cm a max. 35 cm	ÁNO
-	hrúbka kanyly musí byť 3/8, koniec kanyly musí mať zakončenie 3/8 spojkou s luerom	ÁNO

Výrobca ponúkaného tovaru (doplň uchádzač): MEDTRONIC

Typ ponúkaného tovaru (doplň uchádzač): KANYLY

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Telefónne číslo / e-mail:

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho:

TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

V Bratislave, dňa 30.6.2014

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Richard Kylian - konateľ