

Príloha č. 1 - **ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU**

Predmet zákazky:

Kanyly

1. časť predmetu zákazky - **Arteriálne kanyly so zahnutým hrotom**

Technické parametre a požadované hodnoty	Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
- aortálna kanyla musí mať biokompatibilné potahovanie (coating)	ÁNO
- kanyla musí byť vystužená, umelohmotná	ÁNO
- hrot kanyly musí byť priehľadný a zahnutý	ÁNO
- musí obsahovať výtok s viacerými bočnými otvormi a musí byť opatrený difúzorom	ÁNO
- musí mať bezpečný, jednoduchý a inkorporovaný odvodušňovací systém	ÁNO
- musí mať nízky popisovaný tlakový gradient	ÁNO
- držiak na fixáciu kanyly turniketami, vo veľkostiach 18 až 24 Fr. (6-8mm)	ÁNO
- dĺžka kanyly musí byť min. 30 cm a max. 35 cm	ÁNO
- zakončenie musí byť 3/8 spojkou s luer lock	ÁNO

Výrobca ponúkaného tovaru (doplní uchádzač): MEDTRONIC

Typ ponúkaného tovaru (doplní uchádzač): KANYLY

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Telefónne číslo / e-mail:

0905 336 653, svec@timed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho:

TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

V Bratislave, dňa 30.6.2014

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Richard Kylian - konateľ