

**KÚPNA ZMLUVA č. .... / 2014**  
uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len Zmluva)

**Čl. 1**

**Zmluvné strany**

- 1.1 **Predávajúci:** Fénix Bratislava, spol. s r.o.  
Jána Zigmundíka 296/6  
922 03 Vrbové  
Zastúpený: Marián Boor - konateľ  
IČO: 35730854  
IČ DPH: SK2020268789  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava  
Číslo účtu:  
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Trnava, vložka číslo 11672/T, oddiel: Sro  
*Predávajúci je platiteľ DPH.*

(ďalej len predávajúci)

- 1.2 **Kupujúci:** Univerzitná nemocnica Martin, Kolárova 2,036 59 Martin  
Zastúpený: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.  
IČO: 00 365 327  
DIČ: 2020598019  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu:

(ďalej len kupujúci)

predávajúci a kupujúci ďalej spoločne len „*zmluvné strany*“ alebo jednotlivo  
„*zmluvná strana*“

**Čl. 2**

**Predmet Zmluvy**

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka:  
2ks monitorov vitálnych funkcií typ B20 pre 1. Internú kliniku – Metabolickú jednotku,  
2ks monitorov vitálnych funkcií typ B650 pre Urologickú kliniku, 1ks monitora vitálnych funkcií typ B20 a 1ks monitora vitálnych funkcií typ B40 pre Kliniku otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, ktorých špecifikácia tvorí prílohu č. 1 tejto kúpnej zmluvy a ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „*tovar*“).
- 2.2 Kúpnu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v súlade s bodom 2.1, zabezpečiť dopravu do Univerzitnej nemocnice Martin, inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom/českom jazyku. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

### Čl. 3 Cena

3.1. Cena predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zásad Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky a to vo výške:

- cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	19.992,00 €
sadzba DPH v %	20%
sadzba DPH v €	3.998,40 €
- cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	<b><u>23.990,40 €</u></b>

3.2. V cene podľa bodu 3.1. tejto zmluvy je zahrnutá cena za celý predmet zmluvy vrátane DPH v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie a uvedenia do prevádzky, vrátane ostatných odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania. Zaškolenie personálu do obsluhy predmetu zmluvy je bezplatné.

3.3. Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom stanovených odvodov, je možné upraviť písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve len za podmienky, že kupujúci obdrží súhlasné stanovisko Rady Úradu pre verejné obstarávanie k uzatvoreniu predmetného dodatku.

### Čl. 4 Platobné podmienky

4.1 Kupujúci sa s predávajúcim dohodli na úhrade ceny za predmet zmluvy po splnení dodávky predmetu zmluvy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia medicínskeho personálu do obsluhy zariadenia a protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy podľa Čl. 2 Zmluvy.

4.2 Predávajúci vystaví faktúru kupujúcemu za predmet zmluvy v sume 23.990,40 € s DPH, ktorá bude uhradená v 3 rovnomerných splátkach po dobu 6 mesiacov od dodania tovaru, pričom splatnosť jednotlivých splátok je vždy posledný deň každého druhého mesiaca od dodania tovaru.

### Čl. 5 Miesto dodania predmetu zmluvy

5.1 Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku do miesta plnenia – Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin nasledovne;  
2ks monitorov vitálnych funkcií – 1. Interná klinika – Metabolická jednotka  
2ks monitorov vitálnych funkcií – Urologická klinika  
2ks monitorov vitálnych funkcií – Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

5.2 Lehota dodania predmetu zmluvy je po nadobudnutí účinnosti zmluvy do 45 dní.

- 5.3 Splnením dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do užívania. Predávajúci pri dodaní predmetu zmluvy zabezpečí predvedenie funkčnosti predmetu zmluvy, vysvetlí základné funkcie potrebné pre ovládanie a správnu prevádzku a zaškolí v nevyhnutnom rozsahu zodpovedných pracovníkov, ktorí budú s predmetom zmluvy pracovať. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany preberací protokol (dodací list). Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru predmetu zákazky v slovenskom/českom jazyku a bezpečnostno-technickým požiadavkám.
- 5.4 Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre dodaného predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.

## Čl. 6

### Záručná doba, reklamačné konanie

- 6.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto zmluvou. Z tohto dôvodu je kupujúci v súčinnosti s predávajúcim povinný pri prevzatí dodávky zistiť jej kompletnosť a kvalitu. Pri zistení uvedených závad a rozdielov má kupujúci právo ešte pred zaplatením na odstránenie závad a dodanie zvyšnej časti dodávky.
- 6.2 Na tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov od odovzdania, prevzatia a uvedenia do prevádzky. Počas tejto záruky vykoná predávajúci jednu preventívnu prehliadku prístroja v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.
- 6.3 V prípade vzniku – zistenia závady, ktorá robí tovar neupotrebitelným alebo funkčne len čiastočne upotrebitelným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené kupujúcim. V prípade, ak bude prístroj v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať predávajúceho pokutou vo výške 0,1% z kúpnej ceny prístroja za každý deň počnúc 30-tým dňom prístroja mimo prevádzku. To neplatí v prípade, ak predávajúci poskytne po dobu opravy kupujúcemu náhradný prístroj.
- 6.4 Servis – záručný i pozáručný – vykonáva predávajúci prostredníctvom svojich servisných technikov a servisných pracovísk. Počas záručnej lehoty zabezpečuje predávajúci nástup servisného technika na opravu do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky.  
Zodpovedný pracovník predávajúceho je Marián Boor, tel. resp. fax: 033/7791238.
- 6.5 Záručný servis vykonáva predávajúci bezodplatne. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť poruchu počas záručnej doby do 24 hodín hod. od nástupu na opravu v prípade, ak si takáto porucha nevyžaduje použitie náhradných dielov zo zahraničia, inak do 5 dní od preukázateľného nahlásenia poruchy. Predávajúci poskytne záruku na opravu v prípade

opravy na mieste po dobu 6 mesiacov mesiacov a v prípade opravy formou výmeny náhradných dielov po dobu 12 mesiacov.

- 6.6 Predávajúci sa zaručuje vykonávať pozáručný servis vrátane dodávok náhradných dielov, podľa aktuálneho cenníka po dobu najmenej 8 rokov.

## **Čl. 7**

### **Zmluvné pokuty**

- 7.1 Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny za tovar v lehote podľa ods. 4.2 tohto článku zmluvy, predávajúci si môže uplatniť úrok z omeškania v súlade s Nariadením vlády z č. 21/2013 Z. z. v platnom znení. Právo predávajúceho na náhradu škody tým nie sú dotknuté.
- 7.2 V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania.
- 7.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené zmiernom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmiernom, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 7.4 Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 7.5 Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. Postúpenie pohľadávky zo strany predávajúceho tretej strane bez súhlasu kupujúceho je neplatné.

## **Čl. 8**

### **Záverečné ustanovenia**

- 8.1 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len písomnou dohodou oboch zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve.
- 8.2 Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu sú určené dva rovnopisy.
- 8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 8.4 Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Martine, dňa: .....

**Za kupujúceho**

Meno: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.

Funkcia: riaditeľ UNM

Podpis: .....

V ....., dňa: .....

**Za predávajúceho**

Meno: Marián Boor

Funkcia: konateľ – Fénix Bratislava, spol. s r.o.

Podpis: .....

**Príloha č.1 kúpnej zmluvy – ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy**

<b>P.č.</b>	<b>Minimálne technicko-medicínske parametre v zmysle časti C. Opis predmetu zákazky:</b>	<b>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky (uved'te typ ponúkaného zariadenia a jeho technické parametre):</b>
1.	<b>Monitory vitálnych funkcií pre 1. Internú kliniku – Metabolickú jednotku – 2ks</b>	<b>B20</b>
1.1	monitor pre sledovanie vitálnych funkcií pacienta v kategórii detí a dospelí	áno
1.2	monitor s prehľadnou farebnou obrazovkou min. veľkosti 21 cm	áno
1.3	jednoduché ovládanie s priamym prístupom k základným parametrom a vlastnostiam: EKG, Resp., SpO2, neiniv. TK, teplota a priamy prístup k ovládaniu alarmov, manuálneho spustenia neiniv. TK, trendom, grafom a pod., bez zložitého hľadania v ponuke	áno
1.4	monitor poskytujúci minimálne základné merania parametrov:	áno
1.4.1	EKG, respirácia, SPO2 vo forme krivky a hodnoty	áno
1.4.2	neinv. TK, pulz, teplota formou hodnoty	áno
1.5	pre základné parametre EKG, respirácia, SpO2 a teplotu musí byť vedený k pacientovi jeden mutliparametrický kábel z monitora	áno
1.6	monitor musí mať voliteľne automatickú aj manuálnu detekciu pripojených senzorov s možnosťou nastavenia priority parametra	áno
1.7	možnosť výberu všetkých senzorov (EKG kábla, SpO2 senzorov, manžety pre neiniv. TK, a senzor teploty) pre jednorázové použitie	áno
1.8	vyžaduje sa dodanie senzorov minimálne pre viacnásobné použitie	áno
1.9	monitor umožňujúci rozšírenie minimálne o moduly pre meranie etCO2, kontinuálneho neinvazívneho tlaku krvi a invazívneho tlaku krvi	áno
1.10	alarmy monitora musia umožniť stíšenie na 2 ako aj na 3 minúty	áno
1.11	alarmy odstupňované minimálne do štyroch úrovní dôležitosti s farebným a zvukovým	áno

	rozlíšením	
1.12	viditeľný alarm v celom rozsahu okolia 360°	áno
1.13	prepojitelnosť monitora na centrálnu stanicu káblom aj bezdrôtovo	áno
1.14	kompatibilný monitor s centrálnou stanicou a telemetrickým systémom	áno
1.15	možnosť umiestnenia monitora na dokovaciu stanicu a jeho ľahký systém odobratia, bez nutnosti odpájania napájacích a sieťových káblov od monitora pre prípadný transport s pacientom	áno
1.16	dokovacia stanica s pamäťou pre ukladanie si prednastavení monitora ako aj údajov o pacientovi	áno
1.17	monitor s možnosťou zadania demografických údajov pacienta a zároveň monitor schopný načítania si týchto demografických údajov z dokovacej stanice	áno
1.18	vstup pre pamäťové karty ako aj USB vstup	áno
1.19	vyžaduje sa okrem splnenia uvedených parametrov dodanie monitora s nasledovným príslušenstvom:	áno
1.19.1	3/5 zvodové EKG káble	áno
1.19.2	meranie Respirácie	áno
1.19.3	SpO2 senzor (spolupracujúci s Masimo ako aj s Nellcor technológiou)	áno
1.19.4	senzor teploty	áno
1.19.5	neinv. TK jednoduchá hadica s manžetou o veľkosti 23 – 43 cm	áno
1.20	výdrž na internú batériu minimálne 60 minút	áno
2.	<b>Monitor vitálnych funkcií pre Urologickú kliniku – 2ks:</b>	<b>B650</b>
2.1	EKG (3 alebo 5 zvodov)	áno
2.2	respirácia	áno
2.3	NIBP	áno
2.4	SpO2 (Nellcor)	áno
2.5	teplota	áno
2.6	farebná obrazovka minimálne 15,0“ LCD (min. rozlíšenie 800x600)	áno
2.7	súčasné zobrazenie min. 6 kriviek	áno
2.8	grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov za 24 hod.	áno
2.9	zvukovo optický alarm	áno
2.10	vekové kategórie (dospelý, dieťa)	áno
2.11	ovládanie v slovenskom jazyku	áno
3.	<b>Monitor vitálnych funkcií pre Kliniku otorinolaryngológie a chirurgie hlavy</b>	<b>B20</b>

	<b>a krku – 1ks:</b>	
3.1	min. 10“ farebný LCD displej	áno
3.2	5 príp. 3 zvodové EKG, SpO2, RESP, NIBP, TEMP a PULS	áno
3.3	S-T segment analýza	áno
3.4	ECG – funkcia „feez“ s manuálnou analýzou	áno
3.5	dáta trendu za 12 / 24 / 96 hodín	áno
3.6	uloženie a čítanie 5 minútové EKG krivky a odpovedajúce dáta HR, PR, SpO2 a TEMP	áno
3.7	automatická analýza 20 VPC	áno
3.8	baterka	áno
3.9	zvuková a svetelná signalizácia alarmu	áno
3.10	vhodné pre dospelých a deti	áno
4.	<b>Monitor vitálnych funkcií pre Kliniku otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku – 1ks:</b>	<b>B40</b>
4.1	<i>Monitor</i>	
4.1.1	farebná obrazovka s uhlopriečkou min. 30 cm	áno
4.1.2	možnosť kontinuálneho sledovania potrebných údajov	áno
4.1.3	súčasné zobrazenie min. 6 kriviek	áno
4.1.4	grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov za 24 hodín	áno
4.2	<i>Parametre</i>	áno
4.2.1	EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu	áno
4.2.2	krivka respirácie a hodnoty	áno
4.2.3	SpO2 (krivky, hodnoty)	áno
4.2.4	neinvasívny TK systol, stredný, diastol	áno
4.2.5	teplota	áno
4.2.6	modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou rozšírenia v budúcnosti o moduly pre monitorovanie metaboliky, NMT, EEG, evokovaných potenciálov a iné	áno
4.2.7	baterka	áno
4.2.8	zvuková a svetelná signalizácia alarmu	áno