

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

**Oxygenátory a hadicové sety**

4. časť predmetu zákazky

**Oxygenátory a hadicové sety skupiny 4**

Požadované technické parametre a hodnoty položiek 4. časti predmetu zákazky	Ponúkaná hodnota ÁNO - NIE (vyplní predkladateľ)
Oxygenátor vhodný na operačné výkony s predpokladanou dobou operácie nad 6 hodín s parametrami:	
- oxygenátor typu hollow fiber s biokompatibilným koatingom,	ÁNO
- kapiláry vyrobené z pravej membrány,	NIE- ponúkame ekvivalent
- minimálny certifikovaný čas pre použitie oxygenátora – 24 hodín,	ÁNO
- krvný prietok 1-7 l/min,	ÁNO
- plniaci objem oxygenátora 275 ml,	NIE- ponúkame ekvivalent
- jednomodelový systém plastických častí,	NIE- ponúkame ekvivalent
- prenos kyslíka aspoň 300 ml /min,	ÁNO
- výmenník plynov vyrobený z polymethylpentenu s plochou max. 1,9 m <sup>2</sup> ,	NIE- ponúkame ekvivalent
- výmenník tepla s účinnosťou min. 0,5 pri prietoku 4 l/min,	ÁNO
- kapacita rezervoáru min. 300 ml, max 4000 ml s prietokom max 7 l/min.	ÁNO
Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:	
- arteriálny filter (ak nie je integrovaný v oxygenátore),	ÁNO
- kyslíkový filter,	ÁNO
- arteriálna (3/8) a venózna linka (1/2) , 1 ks cca 160 – 180 cm,	ÁNO
- arteriálna linka (3/8) pre čerpadlo so silikónovou vložkou ( 1/2) cez čerpadlo 1 ks o celkovej dĺžke cca 180 cm,	ÁNO
- hadice pre odsávanie (1/4) 3x cca 3,5 – 4 m,	ÁNO
- vysávačové nadstavce minimálne 2 ks,	ÁNO
- recirkulačné drény s chlopničkou proti spätnému toku 2x,	ÁNO
- odberovú rampičku pre odber krvi na laboratórne vyšetrenie (ak nie je súčasťou oxygenátora),	ÁNO
- spojky: priame 1/4 - 1/4, 3/8 – 3/8, 3/8-1/2, 1/2-1/2, Y- ové, 3/8 – 3/8 – 3/8, 3/8-3/8-1/4, (prípadná zmena veľkosti),	ÁNO
- spojky podľa potreby pre určitý typ oxygenátora,	ÁNO
- dvojcestný kohútik 2x, trojcestný kohútik 3x, adaptér – male – female,	ÁNO
- vak pre odber heparinizovanej krvi – možnosť zabudovania do venóznej linky,	ÁNO

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

rýchloplnič rezervoára - Y – ová hadica (1/4) cca 1 m s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoáru, s uzatváracou tlačkou (okluder) – 1 ks,	ÁNO
---	-----

**Položky 4. časti predmetu zákazky**

1. Oxygenátor
2. Hadicový set

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

**Obchodné meno uchádzača: MEDITRADE spol. s r.o.**  
**V Bratislave dňa**

**Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:**

Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikateľ alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

.....  
Ing. Pavel Bohdal