

Verejný obstarávateľ:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Predmet/názov zmluvy:

Oxygenátory a hadicové sety.

Postup verejného obstarávania:

Zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s elektronickou aukciou

Výrobca, typ (doplň predávajúci):

SORIN GROUP ITALIA, OXYGENÁTOR COMPACTFLO EVO

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia

Časť 2:		
Membránový kapilárny oxygenátor so širokou škálou použitia, vysokoúčinný aj pri menšej ploche membrány, možnosť potiahnutia biomimetickým koatingom, s možnosťou použitia ECC minim 6 hod.:		
P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE / hodnota parametra)
1	netoxický, apyrogénny, sterilne jednotlivo balený	ÁNO
2	mikroporová, polypropylénová membrána	ÁNO
3	krvný prietok do 7,5 l/min	ÁNO / 7,5 l/min.
4	statický plniaci objem maximálne 250 ml	ÁNO - 250ml
5	oxygenačná plocha (surface area) 1,7 m ² (max.)	ÁNO - 1,7m2
6	prenos O ₂ nad 430 ml/min.	ÁNO - 450 ml/min.
7	prenos CO ₂ nad 320 ml/min.	ÁNO - 350 ml/min.
8	integrovaný výmenník tepla	ÁNO
9	index efektivity výmenníka tepla 0,6 a vyššie	ÁNO - 0,68
10	statický plniaci objem maximálne 250 ml	ÁNO - 250ml
11	integrovaný pevný venózný rezervoár so zabudovaným venóznym filtrom	ÁNO
12	kapacita pevného venózneho rezervoára min. 4 300 ml	ÁNO - 4300ml
13	vstupy odsávacích liniek do venózneho rezervoára s možnosťou rotácie	ÁNO

14	kardiotomický filter s vyšším stupňom priepustnosti a záchytnosti do 30 mikrónov	ÁNO - 30
15	prispôsobivý pre rôzne typy hadicových senzorov	ÁNO
16	výstup pre podávanie krvnej kardioplégie	ÁNO
17	oxygenačný modul potiahnutý biometrickým koatingom	ÁNO
Hadicový set:		
18	kompletný sterilný jednorazový hadicový systém s potiahnutím biokoatingom rovnakého typu ako oxygenátor	ÁNO
19	arteriálna linka (hadica 3/8 x 3/32 180 cm) spojenú konektorom s venóznou linkou (hadica 1/2 x 3/32 200 cm)	ÁNO
20	hadica do čerpadla (3/8 x 3/32 1 ks á 50 cm, 1 ks á 45 cm) so spojkami 3/8 x 1/2 spojené so silikónovou hadicou 1/2 x 3/32 dĺžky 55 cm	ÁNO
21	hadica (1/4x1/16 150 cm) s vloženým kyslíkovým filtrom	ÁNO
22	hadica pre vysávače 3 kusy (1/4 x 1/16 420 cm)	ÁNO
23	arteriálna hadica s integrovaným arteriálnym filtrom a buble trapom (hadica 3/8 x 3/32 130 cm) arteriálny filter, Y spojka 2 kusy	ÁNO
24	hadice na drény (2 kusy 1/4x1/16 80 cm)	ÁNO
25	hadice na drény (1 kus 1/4 x 1/16 80 cm) - Silicon	ÁNO
26	hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32, 2 x cca 40 cm + jednocestná Vernay valve, zakončenie - male LL, trojcestný ventil)	ÁNO
27	trojcestný ventil 3 kusy	ÁNO
28	koncovky na vysávače 2 kusy (Sarns 4300 alebo ekvivalent - Fluted, angled 30°)	ÁNO - EDWARDS
29	hadicové spojky MML-MML 2 kusy	ÁNO
30	hadicové spojky - priama 3/8 x 3/8 s bočným LL-1ks	ÁNO
31	hadicové spojky - priama 1/2 x 1/2 s bočným LL-1ks	ÁNO
32	hadicové spojky - Y typ 3/8 x 1/4 x 1/4 - 1 kus	ÁNO
33	hadicové spojky - Y typ 1/2 x 3/8 x 3/8 s bočným LL -1 kus	ÁNO
34	hadicové spojky - Y typ 1/4 x 1/4 x 3/8 - 1 kus	ÁNO
35	rýchlospúšťač 2 link 90 cm s Y spojkou + 2 ks 20 cm hadica 1/4 x 1/16 so stopermi	ÁNO
36	2 x jednosmerná hadica 1/8 x 1,32 80 cm s one way vaive, LL koncovkou s krytkami + 3 cestný ventil	ÁNO

37	transfer bag 1000 ml + 15 cm hadica so stoperom a krytkou 4,33 x 1,3 + 30 cm hadica s LL spojkou, stoperom, krytkou 4,33 x 1,3 + 10 cm hadica 1/2 x 3,32 s Y pojkou 1/4, 1/2 + 5 cm hadica so stoperom a krytkou 3,0 x 055	ÁNO
----	---	-----

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka): MEDLINE MEDICA SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 92, 852 03 Bratislava

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Zdeněk Bott

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho:

V Bratislave, dňa 03.09.2014

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Zdeněk Bott

Telefónne číslo / e-mail: /

V Bratislave, dňa

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: