

Predmet zákazky:

CRYO ablačný systém na liečenie arytmií

Verejný obstarávateľ obstaráva predmet zákazky výlučne formou jeho zámeny za 1 ks aktuálne nefunkčného univerzálneho CRYO ablačného systému CCT.2 typu 106E2 GEN V, ktorý je vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa, s prípadným doplatkom vo výške rozdielu vyplývajúceho z cien týchto zariadení.

A.	Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	Kryokonzola na liečenie arytmií so zvýšeným komorovým rytmom, flutterom siení a fibriláciou siení, tak aj pre balónikové CRYO katétre pre efektívne izolácie pľúcnych žíl.	xxx	xxx
1.	požadovaný stav zariadenia: nové, resp. používané - s max. dobou používania od 01/2012	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/04/2012
2.	elektrofyziológický ablačný kryo generátor, dosahujúci maximálnu kryu teplotu cca -80°	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/-80°+40°
3.	kompatibilný s fokálnymi kryokatétami Freezor Family pre kryoabláciu pomocou chladiaceho systému CryoCath	áno	áno
4.	kompatibilný s ablačnými kryobalónikovými Arctic Front pre cirkulárnu kryoabláciu polmonárnych žíl pomocou chladiaceho systému CryoCath	áno	áno
5.	využívajúci ako chladiace médium stlačený kvapalný oxid dusný (N ₂ O)	áno	áno
6.	je určený na nefarmakologickú (intervenčnú) liečbu arytmií	áno	áno
B.	Technická špecifikácia zariadenia vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa ponúkaného verejným obstarávateľom k zámene:		
1.	Stav ponúkaného zariadenia: aktuálne nefunkčný.		
2.	Obdobie používania zariadenia: od 08/2008 – do 04/2012.		
3.	Uzavretý systém pre vytvorenie hypotermie – odoberanie tepla.		
4.	Systém umožňuje používať riaditeľné CRYO ablačné katétre aj balónikové CRYO katétre.		
5.	Možnosť použitia CRYO ablačných katétrov pre registráciu štandardných elektrofyziologických signálov na diagnostické účely.		
6.	Možnosť ovládania teploty a aplikovaného časového intervalu pre metódy GryoMapping a CryoTesting.		
7.	Možnosť ovládania teploty a aplikovaného časového intervalu pre metódy CRYO ablace.		
8.	Zariadenie umožňuje priebežné číselné a grafické zobrazovanie parametrov aktuálnej teploty segmentu CRYO ablačného katétra.		
9.	Zariadenie umožňuje priebežné číselné zobrazovanie parametrov o časovom intervale od začiatku jednotlivej aplikácie, aktuálnom prietoku tekutého N ₂ O CRYO ablačným katétrom, tlaku v kontajneri N ₂ O.		
10.	Zariadenie umožňuje pre každú jednotlivú aplikáciu priebežne dokumentovať a ukladať dáta o aplikovanej teplote a aplikovanom čase.		
11.	Zariadenie umožňuje okamžite prerušiť aplikáciu.		
12.	Systém je mobilný s možnosťou integrovať s ostatnými prístrojmi v EP laboratóriu.		
13.	Systém je kompatibilný s EP systémom CardioLap IT s možnosťou v reálnom čase dokumentovať priebeh aplikácie.		
14.	Systém je kompatibilný s EP systémom, LocaKisou s možnosťou používať obidva systémy súčasne a tak dokumentovať umiestnenie elektród, ovládanie by malo byť ľahké napr.: pomocou tzv. „touch screen“.		
15.	Cena zariadenia ponúkaného k zámene: 10.900,- EUR bez DPH		

Položky predmetu zákazky	Názov ponúkaného produktu
1. CRYO ablačný systém na liečenie arytmií	CryoConsole - kroablačný systém

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Identifikačné údaje uchádzača:

Medtronic Slovakia s.r.o., Karadžičova 16, 82108 Bratislava, IČO: 46 410 759, IČ DPH/VAT ID: SK2023365608, UniCredit Bank a.s.: Account No.: 11486560000/1111, SWIFT: UNCRSKBX

Meno, podpis a pečať uchádzača:

Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikat' alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

V Bratislave
dňa

Ing.Pavol Lepey,
konateľ

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov
Meno a priezvisko:

RNDr.Gabriela
Némethová, PhD.
Sales & Technical
Specialist AF Solutions
902911110

Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:

Verejný obstarávateľ
VÚSCH, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

E-mail:

gabriela.nemethova@medtronic.com