

Verejný obstarávateľ:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Predmet/názov zákazky:

Zariadenie na farmakomechanickú trombektómiu

Postup verejného obstarávania:

Zadávanie podlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s elektronickou aukciou

Výrobca, typ :

Bayer (Medrad)

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia

A	B	C
Zariadenie pre reolytickú farmakomechanickú trombektómiu akútnych cievnych uzáverov:		
P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE / hodnota parametra)
1	Reolytická (hydrodynamická) trombektómia	ÁNO
4	Generovaný vnútorný tlak min. 700 bar	ÁNO / 700 bar
5	Využitie Bernoulliho princípu	ÁNO
6	Izovolumetrické privádzanie a odvádzanie roztoku	ÁNO
7	Možnosť použitia katétrov pre:koronárne použitie, periférne tepny, periférne žily, aplikácie pri AV prístupe, pľúcnej embólii	ÁNO
8	Pokročilý interaktívny systém ovládania	ÁNO
9	Automatické nastavenie	ÁNO
10	Monitorovanie prevádzky	ÁNO
11	Samostatné nastavenie pre každý typ katétra pomocou rozpoznania čiarového kódu	ÁNO
12	Automatické nastavenie dávkovania lekárom špecifikovaného roztoku	ÁNO
13	Hlásenia pri nastavovaní konzoly v slovenskom alebo českom jazyku	ÁNO
14	Príprava systému menej ako 2 minúty	ÁNO / < 2 min.
Vlastnosti jednorázových komponentov:		

A	B	C
Zariadenie pre reolytickú farmakomechanickú trombektómiu akútnych cievnych uzáverov:		
P.č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE / hodnota parametra)
14	Jednorázové komponenty zložené a balené spoločne (nie je potrebné spájanie)	ÁNO
15	Hydrodynamická technológia umožňujúca dokonalejšie odstránenie trombu	ÁNO
Sety trombektomických katétrov:		
16	Vo veľkostiach 4, 5, 6 Fr a dĺžke 50 - 145 cm	ÁNO / 4, 5, 6 Fr; dĺžky 50,90,120,135,140,145 cm
17	Možnosť použitia na cievy s vnútorným priemerom od 1,5 mm do 20 mm	ÁNO / min 1,5 mm; max. 20 mm
18	Katétre s dvojitém lúmenom	ÁNO
19	Verzia RE (rapid-exchange) alebo OTW (ower-the-wire)	ÁNO / RE, OTW
20	V jednom balení je integrovaná pumpa, katéter a zberný vak	ÁNO
21	Indikácie pre pre: koronárne artérie a grafty • pre periférne žily a tepny • pri pľúcnej embólii • pre grafty pri AV pr ístupe	ÁNO

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

PHARMA GROUP a.s.
SNP 150, 908 73 Veľké Leváre, IČO: 31320911

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho:

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho:

V Bratislave, dňa

.....

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko:

Telefónne číslo / e-mail:

V Bratislave, dňa

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa/subdodávateľa ponúkaného zariadenia resp. vybavenia: