

„Ručný ultrazvukový prístroj s duálnou sondou, vrátane dodávky na miesto určenia“

Obchodné meno, názov uchádzača: INTES Poprad, s.r.o.

Adresa, sídlo uchádzača: Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad

P. číslo	Technické parametre	ÁNO/NIE
1.	Hmotnosť do 500 g	420 g
2.	3,5" LCD obrazovka minimálne 240 x 330 pixelov	áno
3.	Schopný pracovať 60 minút na vstavanú batériu	áno
4.	Čiernobiely mód pre zobrazovanie anatónií v reálnom čase	áno
5.	Farebné pokrývajúce zobrazenia pre zobrazenie krvného toku v reálnom čase	áno
6.	Parametre kardiologickej sondy	
	* frekvenčný rozsah: 1,7 – 3,8 MHz	1,7 – 3,8 MHz
	* veľkosť skenovacieho okna: 75 stupňov	75 stupňov
7.	Parametre lineárnej sondy:	
	* frekvenčný rozsah: 3,4 – 8,0 MHz	3,4-8,0 MHz
	* maximálna dĺžka zobrazenia: 8 cm	8 cm
8.	Uchovávanie dát:	
	* dáta uchovávané na mikro SD karte alebo mikro SHDC karte	áno
	* dáta uchovávané v generickom formáte: jpg pre statické snímky, mpg pre slučky a wav pre hlasové nahrávky	áno

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Ing. Jaroslav Pěč - konateľ