

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

**Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania**

2. časť predmetu zákazky

**Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 2**

Požadované technické parametre a hodnoty položiek 2. časti predmetu zákazky	Ponúkaná hodnota ÁNO - NIE (vyplní predkladateľ)
Implantabilné prístroje (kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu s osobitným zreteľom na:	
- možnosť automatického nastavenia prahu, automatickej kontroly elektród s prepínaním polarity, mode switch, redukcie komorovej stimulácie a preferencie sínusového rytmu	ÁNO
- možnosť prevencie synkopy	ÁNO

Položky 2. časti predmetu zákazky
1. Kardiostimulátory jednodutinové
2. Kardiostimulátory dvojduťinové
3. Elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu
4. Elektródy kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

**Obchodné meno uchádzača: MEDITRADE spol. s r.o.**  
**V Bratislave dňa 06.10.2014.**

**Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:**

Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenu osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikat' alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

.....  
Ing. Pavel Bohdal