

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania

4. časť predmetu zákazky

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 4

Požadované technické parametre a hodnoty položiek 4. časti predmetu zákazky	Ponúkaná hodnota ÁNO - NIE (vyplní predkladateľ)
Implantabilné prístroje (kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu s osobitným zreteľom na:	ÁNO
- hemodynamické monitorovanie kontraktility a zmien objemu pravej komory,	ÁNO
- možnosť nepretržitej automatickej kontroly účinnosti komorovej stimulácie a nastavovanie stimulačných parametrov energie „beat to beat“,	ÁNO
- možnosť automatického merania prahov	ÁNO
- možnosť minimalizácie komorovej stimulácie,	ÁNO
- možnosť preventívneho algoritmu manažmentu predsieňovej fibrilácie.	ÁNO

Položky 4. časti predmetu zákazky
1. Kardiostimulátory dvojduťinové

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodné meno uchádzača:

V Bratislave

dňa 7.5.2014

Ing.Libor Vasilčenko
obchodný riaditeľ
MEDICO Slovakia s.r.o.
Púchovská 12
83106 Bratislava