

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania

6. časť predmetu zákazky

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 6

Požadované technické parametre a hodnoty položiek 6. časti predmetu zákazky	Ponúkaná hodnota ÁNO - NIE (vyplní predkladateľ)
Implantabilné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom) pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania s osobitným zreteľom na:	
- možnosť automatického kontinuálneho nastavovania citlivosti, senzorovej charakteristiky a prahov, možnosť automatickej duálnej optimalizácie frekvenčnej adaptácie	ÁNO
- možnosť domáceho monitorovania pomocou pevnej linky a siete GSM	ÁNO
- možnosť minimalizácie pravokomorovej stimulácie pomocou automatickej zmeny dĺžky AV prevodu alebo prostredníctvom podpory vlastného AV prevodu (bez nutnosti predlžovania AV času) aj pri výskyte intermitentných AV blokáď	ÁNO
- možnosť manažmentu synkopy a antitachykardickej stimulácie v prípade paroxyzmu atriálnej tachykardie	ÁNO
- možnosť celotelového skenovania NMR u vybraných typov kardiostimulátorov	ÁNO
- možnosť nastavenia minimálne 5 stimulačných vektorov ľavej komory a 2 stimulačných vektorov v pravej komore	ÁNO
- možnosť kontinuálneho impedančného monitorovania vnútrohrudnej retencie tekutín	ÁNO
- garantovanú stabilitu krátkej (pod 10 s) doby nabíjania kondenzátorov počas celej životnosti prístroja, redukciu nenáležitých šokov pri poškodení, alebo dislokácii elektród a pri „oversensingu“ T vlny bez nutnosti zmeny senzorovej charakteristiky v pravej komore	ÁNO
- možnosť automatického nastavovania AV a VV prevodu a LV stimulačnej konfigurácie minimálne raz za deň	ÁNO

Položky 6. časti predmetu zákazky
1. Kardiostimulátory jednodutinové
2. Kardiostimulátory dvojductinové
3. Kardiostimulátory biventrikulárne
4. ICD jednodutinové
5. ICD dvojductinové
6. ICD biventrikulárne
7. Elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

8. Elektrody kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu
9. Elektrody kardiostimulačné pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu
10. Elektrody defibrilačné s príslušenstvom
11. Pomocný balónkový katéter
12. Epikardiálne elektródy

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodné meno uchádzača:

V Bratislave

dňa 6.10.2014

TIMED s.r.o.

Trnavská cesta 112

821 01 Bratislava

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikat' alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

Richard Kylian

konateľ spoločnosti