

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

Predmet zákazky:

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania

9. časť predmetu zákazky

Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania skupiny 9

Požadované technické parametre a hodnoty položiek 9. časti predmetu zákazky	Ponúkaná hodnota ÁNO - NIE (vyplní predkladateľ)
Implantabilné prístroje (ICD s kompletným príslušenstvom) pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu s osobitným zreteľom na:	ÁNO
- kompletnú subkutánnu implantáciu impulzogenerátora a elektródového systému - bez	ÁNO
- potreby intrakardiálne implantovanej elektródy	ÁNO
s možnosťou automatickej optimalizácie a výberu detekčného vektora, s	ÁNO
- maximálnou energiou terapeutického výboja 80 J a post-šokovou stimuláciou 30 sec.	ÁNO
- s možnosťou nastavenia dvoch detekčných zón	ÁNO

Položky 9. časti predmetu zákazky

1. Subkutánne ICD s elektródami

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodné meno uchádzača:

V Bratislave

dňa 7.5.2014

Ing.Libor Vasilčenko

obchodný riaditeľ

MEDICO Slovakia s.r.o.

Púchovská 12

83106 Bratislava