

Príloha č. 1:

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Elektronický analyzátor „PrinterNOx“ s príslušenstvom v počte 1 kus.

1. V-440050 Prístroj PrinterNOX MKIII(kit)	1 ks
2. S770635 Redukčný ventil HCR 25BL	1 ks
3.V-859190 Pojazdový vozík na PrinterNOX so šuflíkom	1 ks
4.V-861723 Držiak na PrinterNOX a red.ventil	1 ks
5.S770584 Prívod NO	1 ks
6.36-FIL5810 Nádoba na vodu	1ks
7.S480029 Adaptér uhľovania pre NO	1ks
8.S770150 Čistiaci valec pre senzor NOX	1ks
9. Obslužný manuál pre PrinterNOX	1ks

Záruka : 24 mesiacov na technickú špecifikáciu dodávky s podmienkou zakúpenia kalibračného kitu.

Pre správnu obsluhu a údržbu prístroja PrinterNOX je podmienkou výrobcu zakúpenie servisného kitu pre pravidelnú mesačnú kalibráciu čidiel, ktorý nebol obsiahnutý v cenovej ponuke.

1. Kalibračný kit - pre pravidelnú mesačnú kalibráciu čidiel

V prípade , že pravidelne kalibrujete jeden krát mesačne vnútorné čidlá prístroja, **zvyšujete významne životnosť čidiel**, a tým aj celého prístroja

Kalibračný kit, objednávacie číslo 084-771444
Cena kitu: 1716,-€ bez DPH/ 2059,2 € s DPH

Kit obsahuje:

Plyn NO2 (fľaša)	1 ks
Plyn NO (fľaša)	1 ks
Redukčný ventil	1 ks

V Košiciach dňa28.03.2011

Obchodné meno predávajúceho: MEPIS, s.r.o.

Meno, podpis a pečiatka predávajúceho: Ing. Martin Kurnava, konateľ

MEPIS s.r.o.
Irbánkova 2, KOŠICE
IČO: 36 605 751
IČ DPH: SK2022160910