

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:
MONITORY S TELEMETRIOU

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

MONITORY S TELEMETRIOU

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
1	TFT LCD farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou minimálne 21 cm	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
2	možnosť zobrazenia minimálne troch kriviek	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
3	špeciálny softvér pre ICU (JIS) monitorovanie (určené konfigurácie použiteľné pre anestéziu, kritickú, kardiologickú a novorodeneckú starostlivosť	áno	áno
4	monitorovanie 12 kanálových EKG pomocou 5 elektród využívajúce EASI metódu	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
5	multi-zvodná arytmia a analýza ST segmentu u všetkých dostupných zvodoch na lôžku	áno	áno
6	QT/QTc analýza	áno	áno
7	zobrazenie zmeny trendov pacienta v 10 minútovom časovom intervale	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
8	zobrazenie grafických a tabuľkových trendov	áno	áno
9	možnosť uloženia naraz minimálne 16 numerických hodnôt	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
10	vzorkovanie trendov každých 12 sekúnd, 1 minútu alebo 5 minút	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
11	pamäť pre ukladanie minimálne 48 hodín trendov	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
12	konfigurovateľné alarmy	áno	áno
13	hmotnosť monitora s batériou - maximálne 4 kg	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
14	možnosť monitorovania pacienta na batériu min. 2 hodiny pri základnej konfigurácii monitora	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
15	možnosť merať EKG, resp. SpO2, NIBP	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
16	možnosť upgradu monitora o ďalšie aplikácie v budúcnosti	áno	áno
17	možnosť pripojenia na centrálny monitor, štandardná káblová sieť, bezdrátová sieť ako opcia	áno	áno
18	kompatibilita konektorov s už existujúcimi monitorovacími systémami (Phillips IntelliVue systémy)	áno	áno

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

19	dodanie spolu s príslušenstvom:	áno	áno
19.1	manžeta	áno	áno
19.2	hadica na meranie tlaku	áno	áno
19.3	EKG 5-zvodový kábel	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
19.4	SpO2 senzor	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
Súčasťou dodania predmetu zákazky musí byť:			
20	záručná doba - uchádzač uvedie ním navrhovanú záručnú dobu (min. 24 mesiacov), počas ktorej uchádzač zabezpečí záručnú opravu vrátane náhradných dielov potrebných na vykonanie záručnej opravy	áno/uviesť hodnotu parametra	áno
21	termín dodania predmetu zákazky - uchádzač uvedie ním navrhovaný termín dodania (max. do 2 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy).	áno/uviesť hodnotu parametra	áno

Položky predmetu zákazky

1. **MONITORY S TELEMETRIOU**

Obchodný názov uchádzača: S&T Slovakia s.r.o.

Sídlo uchádzača: Apollo Business Center, Mlynské Nivy 43/A, 821 09 Bratislava

IČO: 31349935

DIČ: 2020345591, IČ DPH: SK 2020345591

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko: Ing. Viktor Blažiček

Pracovné zaradenie: Senior Account Manager for Medical

Telefónne číslo: 0905 598 163

E-mail: viktor.blažiček@snt.sk

V: Bratislave

Dňa:

[Redacted signature]

Helena Horovčáková, prokurista

S&T Slovakia s.r.o.

[Redacted signature]

Adriana Opáľková, prokurista

S&T Slovakia s.r.o.

Poznámka:



☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

[Redacted signature]

Predmet zakazky:
MONITORY S TELEMETRIOU

Por. č.	Názov položky	Názov ponúkaného produktu uchádzača	Mer. jed. (MJ)	Predpoklad. množstvo MJ	Jednotková cena za MJ			Celková cena za predpokladané množstvo MJ			
					bez DPH	Sadzba DPH	DPH	bez DPH	DPH	s DPH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	MONITORY S TELEMETRIOU	Philips IntelliVue MP5 patient monitor	ks	3	6 100,00 €	20%	1 220,00 €	7 320,00 €	18 300,00 €	3 660,00 €	21 960,00 €
											21 960,00 €

Obchodný názov uchádzača: S&T Slovakia s.r.o.
Sídlo uchádzača: Apollo Business Center, Mlynské Nivy 43/A, 821 09 Bratislava
IČO: 31349935
DIČ: 2020345591
IČ DPH: SK2020345591

V: Bratislava
Dňa: 
Príloha: 
- povinná príloha výpisu uchádzača
- cený jednotlivých položiek, zodpovedá dluh výpisu uchádzača a elektronická aukcia
- kritérium

Adriana Opalková, prokurista

Helena Horováčková, prokurista