

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Prístroj a špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiovfrekvenčnú abláciu**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Časť č. 2

Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiovfrekvenčnú abláciu

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Špeciálny zdravotnícky materiál pre rádiovfrekvenčnú abláciu plne kompatibilný s prístrojom uvedeným v časti č. 1 - Prístroj pre rádiovfrekvenčnú abláciu:	xxx	xxx
1. Monopolárne pero:	áno	áno
- monopolárne pero k rádiovfrekvenčnému generátoru so zreteľom na možnosť multibodovej irigácie,	áno	áno
- meranie trasmularitiy na báze porovnávania odporovej krivky,	áno	áno
- musí umožňovať tvarovanie ablačnej časti,	áno	áno
- kompatibilné s prístrojom pre rádiovfrekvenčnú abláciu uvedeným v časti č. 1 predmetu zákazky.	áno	áno
2. Bipolárne kliešte k rádiovfrekvenčnému generátoru:	áno	áno
- možnosť multibodovej irigácie,	áno	áno
- meranie trasmularitiy na báze porovnávania odporovej krivky,	áno	áno
- musia umožňovať tvarovanie ablačnej časti,	áno	áno
- kompatibilné s prístrojom pre rádiovfrekvenčnú abláciu uvedeným v časti č. 1 predmetu zákazky.	áno	áno

Položky predmetu zákazky

- | | |
|----|---|
| 1. | Monopolárne pero |
| 2. | Bipolárne kliešte k rádiovfrekvenčnému generátoru |

Obchodný názov uchádzača:

TIMED s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112 ,821 01 Bratislava

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov

Meno a priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Pracovné zaradenie:

Obchodný riaditeľ

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

Telefónne číslo:

0905336653

E-mail:

svec@timed.sk

V: Bratislave

Dňa:

Richard Kylián - konateľ spoločnosti