

Predmet zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu

3. časť predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu skupiny 3

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na operačné sety:	XXX	
- operačné sety používané pri implantácii trvalého kardiostimulátora, pozostávajúce z:	áno	áno
• 1x miska bielej farby, na uloženie setu o rozmere 27x22,5x4cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/24x22x5cm
• 1 x rúškovanie pacienta pri implantácii pacemakera o rozmere 320x315cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/320 x 315
• 1 x transparentná miska 120ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/120 ml
• 2 x miska transparentná 60ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/60 ml
• 1 x miska modrá 250ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/250 ml
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.6,5,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č.6,5
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.7,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č.7
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.8,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č.8

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

• 100 ks púzok štandardných 10x10cm 8 vrst.,	áno/uviesť hodnotu	áno/10 x10 8 vrst.
• 1x vodiaci drôt J3 40cm dlhý s priemerom 0,35 - samostatne zabalený,	áno/uviesť hodnotu	áno/0,035"x40cm
• 1x zavádzacia pomôcka,	áno	áno
• 1x dispenzor,	áno	áno
• 1x punkčná ihla 18G- 1,3x70mm,	áno/uviesť hodnotu	áno/1,3 x 70 mm
• 1x zavádzač intravazálny bez hemostatického uzáveru pre štandardné účely zavádzania kardiostimulačných elektród 7F rozlomitel'ny,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 7Fr.
• 1x zavádzač intravazálny bez hemostatického uzáveru pre štandardné účely zavádzania kardiostimulačných elektród 7F rozlomitel'ny samostatne zabalený,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 7 Fr.
• 1x zavádzač 6F samostatne zabalený,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 6 Fr.
• 1x zavádzací klip 5F-9F,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 5-9 Fr.
• 1x ochrana zavádzača 5F-9F/krátka,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 5-9 Fr.
• 1x dispenzor ku klipu,	áno	áno
• 1x zavádzacia pomôcka k zavádzaču,	áno	áno
• 1x šitie na podkožie 2/0 70 cm HR30,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 2/0, 70cm, HR30
• 1x šitie na kožu 2/0 45cm DS24,	áno/uviesť hodnotu	áno/2/0,45 cm, DS24
• 1x šitie voľné 1 bez ihly 4x 250cm ARO,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 4 x 250cm ARO

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

• 3x striekačka 20ml luer bez závitú,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 20 ml, LL
• 2x striekačka 10ml luer bez závitú,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 10 ml LL
• 1x ihla žltá 20G-0,9x40mm,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 20Ga-0,9x40mm
• 24x tampón č.3 (20x20cm),	áno/ uviesť hodnotu	áno/ č.3, 20x20 cm
• 4x tampón č.5 (50x50cm),	áno/ uviesť hodnotu	áno/ č.5, 50x50
• 1x ochranný transparentný vak na zosilňovač 80x120cm,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 80 x120cm
• 1x suchý zips 2,5x25cm.	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 2,5 x 25 cm
- operačné sety používané pri implantácii dočasného kardiostimulátora a slučkového rekordéra, pozostávajúce z:	áno	áno
• 1x miska bielej farby, na uloženie setu o rozmere 27x22,5x4cm,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 24x22x5cm
• 1x miska modrá 90ml,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 90 ml
• 2x rúškovanie pacienta 330x218cm s 2 transparentnými okrajmi,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 330x218 cm
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.6,5,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ č. 6,5
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.7,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ č.7
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.8,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ č.8
• 1x ihla zelená 21G-0,8x40mm,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 21Ga-0,8x40mm

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

• 1x punkčná ihla 18G- 1,3x70mm,	áno/uviesť hodnotu	áno/18Ga-1,3 x70mm
• 1x šitie na podkožie 2/0 70cm HR30,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 2/0, 70cm, HR30
• 1x šitie na kožu 3/0 70cm DS24,	áno/uviesť hodnotu	áno/2/0,45 cm, DS24
• 4x šitie voľné 2/0 3x45cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 2/0, 3 x 45 cm
• 1x striekačka luer bez závitú 20ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 20 ml, LL
• 2x striekačka luer bez závitú 10ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 10 ml LL
• 1x skalpelové čepielky č.11,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č. 11
• 50x gázové štvorce 7,5x7,5cm 8vrst.,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 7,5x7,5, 8vrst.
• 1x náplast' papierová 7,5x5cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 7,5 x 5 cm
• 1x zavadzač 6F,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 6 Fr.
• 1x zavadzač 6F samostatne zabalený,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 6 Fr.
• 1x transparentný ochranný vak na zosilňovač 80x120cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 80 x120cm
• 1x rúško 90x75cm s otvorom 10cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/90x75 cm, otv.10 cm
• 2x jednorázový operačný plášť XL,	áno/uviesť hodnotu	áno/ XL
• 5x papierová utierka,	áno	áno

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

• 1x ihlelec, • 1x vodiaci drôt J3 40cm dlhý s priemerom 0,35 - samostatne zabalený, • 1x rúško na krytie stolíka 100x150cm, v ktorom je zabalený set, • 1x lepiaci štítok, • celý set musí byť kompletne zabalený v sáčku, sterilný	áno áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno áno	áno áno/0,035"x40cm áno/100x150 cm áno áno
- operačné sety používané pri implementácii kardioverter - defibrilátora, pozostávajúce z:	áno	áno
• 1x miska biela 27x22,5x4cm na uloženie setu, • 1x miska modrá 500ml, • 2x miska transparentná 60ml, • 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.6,5, • 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.7, • 2 páry chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.8, • 1x ihla žltá 20G-0,9x50mm, • 2x striekačka luer bez závitu 10ml, • 3x striekačka luer bez závitu 20ml,	áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu	áno/24x22x5cm áno/500 ml áno/60 ml áno/ č. 6,5 áno/ č.7 áno/ č.8 áno/ 20Ga-0,9x50 áno/ 10 ml LL áno/ 20 ml, LL

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

• 1x skalpelová čepielka č. 11,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č.11
• 1x punkčná ihla 18G-1,3x70mm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 18 Ga-1,3 x 70
• 1x zavádzač intravazálny bez hemostatického uzáveru pre štandardné účely zavádzania kardiostimulačných elektród rozlomiteľný 7F,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 7 Fr.
• 1x zavádzač intravazálny bez hemostatického uzáveru pre štandardné účely zavádzania kardiostimulačných elektród rozlomiteľný 9F samostatne zabalený,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 9 Fr.
• 1x zavádzač 6F,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 6 Fr.
• 1x zavádzací klip F5-F9,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 5-9 Fr.
• 1x ochrana zavádzača F5-F9/krátka,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 5-9 Fr.
• 1x dispenzor ku klipu,	áno	áno
• 1x zavádzacia pomôcka k zavádzaču,	áno	áno
• 1x šitie na podkožie 2/0 70cm HR30,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 2/0, 70cm, HR30
• 1x šitie na kožu 2/0 45cm DS24,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 2/0, 45 cm, DS24
• 1x šitie voľné 1 4x250cm ARO,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 4 x 250cm ARO
• 1x vodiaci drôt J3 40cm dlhý s priemerom 0,35 samostatne zabalený,	áno/uviesť hodnotu	áno/0,035"x40cm
• 1x zavádzacia pomôcka,	áno	áno
• 1x dispenzor,	áno	áno

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

• 100x gázové štvorce 10x10cm, 8vrst.,	áno/uviesť hodnotu	áno/10 x10 8 vrst.
• 24x tampón č.3 (20x20cm),	áno/uviesť hodnotu	áno/ č.3, 20x20 cm
• 1x rúško 75x90cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 75x90 cm
• 1x transparentný ochranný vak na zosilňovač 80x120cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 80x120
• 1x rúskovanie na pacienta 230x315cm s dvoma transparentnými okrajmi,	áno/uviesť hodnotu	áno/230x315 cm
• 2x jednorázový operačný plášť XL,	áno/uviesť hodnotu	áno/ XL
• 5x papierová utierka,	áno	áno
• 1x rúško 75x90cm s lepiacou páskou samostatne zabalené,	áno/uviesť hodnotu	áno/75 x90 cm
• 4x tampón č.5 (50x50cm),	áno/uviesť hodnotu	áno/ č.5, 50x50
• 1x suchý zips 2,5x25cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/2,5 x25 cm
• 1x jednokomorová transparentná kapsa 30x40cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 30 x 40 cm
• 1x návlek na endokameru 14x250cm,	áno/uviesť hodnotu	áno / 14 x 250 cm
• 1x rúško na krytie stolíka 100x150cm, v ktorom je zabalený set,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 100 x 150 cm
• 1x lepiaci štítok,	áno	áno
• celý set musí byť kompletne zabalený v sáčku,	áno	áno

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

- sterilný, - operačné sety používané pri elektrofyziologickom vyšetrení, pozostávajúce z:	áno	áno
	áno	áno
• 1x miska biela 27x22,5x4cm na uloženie setu,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 24x22x5 cm
• 1x rúškovanie pacienta 330x218cm s 2 otvormi a transparentným okrajom,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 330x218cm, 2 otvory
• 1x miska transparentná 250ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 250ml
• 1x miska transparentná 60ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 60 ml
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.6,5,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č. 6,5
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.7,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č.7
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.8,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č.8
• 1x ihla zelená 21G-0,8x40mm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 21Ga-0,8x40mm
• 1x punkčná ihla 18G - 1,3x70mm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 18 Ga-1,3 x 70
• 2x striekačka luer bez závitů 10ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 10 ml LL
• 1x striekačka luer bez závitů 2ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 2 ml LL
• 1x čepielka skalpelová 11,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č.11
• 1x zavadzač 6F samostatne balený,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 6 Fr.

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

• 2x zavádzač 7F,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 7 Fr.
• 3x vodiaci drôt J3 40cm s priemerom 0,35,	áno/uviesť hodnotu	áno/0,035"x40cm
• 3x zavádzacia pomôcka,	áno	áno
• 3x dispensor,	áno	áno
• 50x gázové štvorce 7,5x7,5 cm 8 vrst.,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 7,5x7,5, 8vrst.
• 1x náplasť papierová 7,5x5cm	áno/uviesť hodnotu	áno/ 7,5 x 5 cm
• 2x savé rúško 40x60cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 40 x 60 cm
• 1x savé rúško 90x75 s 10 cm otvorom,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 90x75 s 10 cm otvorom
• 1x transparentný ochranný vak na zosilňovač 80x120cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 80 x120cm
• 1x ochranný transparentný vak na štít 140x140cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 140 x 140 cm
• 2x jednorázový operačný plášť veľ. XL,	áno/uviesť hodnotu	áno/ XL
• 5x papierová utierka,	áno	áno
• 1x rúško na krytie stolíka 100x150cm, v ktorom je set zabalený,	áno/uviesť hodnotu	áno / 100 x 150 cm
• 1x lepiaci štítok,	áno	áno
• celý set musí byť kompletne zabalený v sáčku,	áno	áno

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

• sterilný, operačné sety používané pri katérovej ablácii, pozostávajúce z:	áno	áno
• 1x miska biela 27x22,5x4 cm, v ktorej je set uložený,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 24x22x5 cm
• 1x rúškovanie pacienta 330x218 cm s dvomi otvormi a transparentným okrajom,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 330x218cm, 2 otvory
• 3x jednorázový operačný plášť veľ. XL,	áno/uviesť hodnotu	áno/ XL
• 1x savé rúško 45x75 cm s otvorom 10 cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 45x75 cm, otvor 10 cm
• 2x savé rúško 40x60cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 40 x 60 cm
• 1x rúško 90x75 cm s otvorom,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 90 x 75 cm
• 1x miska transparentná 250ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 250 ml
• 1x miska transparentná 60ml,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 60 ml
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.6,5,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č. 6,5
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.7,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č. 7
• 1 pár chirurgických latexových rukavíc púdrovaných č.8,	áno/uviesť hodnotu	áno/ č.8
• 50 ks gázových štvorcov 7,5x7,5 cm 8vrst.,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 7,5x7,5, 8vrst.
• 1x náplast' na i.v.kanylu 6x8 cm,	áno/uviesť hodnotu	áno/ 6 x 8 cm

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

• 2x náplast' papierová 7,5 x 5 cm,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 7,5 x 5 cm
• 1x čepielka skalpelová č.11,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ č. 11
• 1x ihla zelená 21G-0,8x40mm,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 21Ga-0,8x40mm
• 1x punkčná ihla 18G-1,3x70mm,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 18 Ga-1,3 x 70
• 1x striekačka luer bez závitú 2ml,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 2ml LL
• 1x striekačka luer bez závitú 5 ml,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 5 ml LL
• 2x striekačka luer bez závitú 10 ml,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 10 ml LL
• 1x striekačka luer bez závitú 20ml,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 20 ml, LL
• 2x zavádzač 6F samostatne zabalený ,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 6 Fr.
• 2x zavádzač 7F,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 7 Fr.
• 3x vodiaci drôt J3 40cm s priemerom 0,35, 1x vodiaci drôt J3 40cm dlhý s priemerom 0,35 samostatne zabalený,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 0,035 x 40 cm áno/0,035"x40cm
• 4x zavádzacia pomôcka,	áno	áno
• 4 x dispensor, 1x suchý zips 2,5x25cm,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 2,5 x 25 cm
• 1x transparentný ochranný vak na zosilňovač 80x120 cm,	áno/ uviesť hodnotu	áno/ 180 x 120

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

• 1x transparentný ochranný vak na štít 140x140 cm, • 1x OP páska 10x25cm, • 5x papierová utierka 57x37 cm, • 1x rúško na krytie stolíka 100x150 cm, v ktorom má byť set zabalený, • 1x lepiaci štítok, • celý set musí byť kompletne zabalený v sáčku, • sterilný,	áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno/uviesť hodnotu áno áno áno	áno/ 140 x 140 cm áno/ 10x25 cm áno/ 57x37 cm áno/ 100 x 150 cm áno áno áno
- vodiace drôty (260 mm, 0,035")	áno/uviesť hodnotu	áno/ 260 cm, 0,035"

Položky 3. časti predmetu zákazky

1.	Operačné sety používané pri implantácii trvalého kardiostimulátora
2.	Operačné sety používané pri implantácii dočasného kardiostimulátora a slučkového rekordéra
3.	Operačné sety používané pri implantácii kardioverter - defibrilátora
4.	Operačné sety používané pri elektrofyziologickom vyšetrení
5.	Operačné sety používané pri katérovej ablácii

Verejný obstarávateľ
VÚSCH, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice

Príloha č. 1 - ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU

6. Vodiace drôty (260 mm, 0,035")

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Identifikačné údaje uchádzača:

Meno, podpis a pečiatka uchádzača:

Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikateľ alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

INAMED s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, IČO: 44484275
Richard Kolozsi

V Bratislave

dňa

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Pracovné zaradenie:

Telefónne číslo:

E-mail:

Richard Kolozsi
konateľ
0904 50 60 40
office@inamed.sk

Predmet zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostiku a intervenčnú elektrofyziológiu

3 časť predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostiku a intervenčnú elektrofyziológiu skupiny 3

Sortiment produktov k položke č. 1 - Operačné sady používané pri implantácii trvalého kardiostimulátora

Por. č.	Katalógové číslo	Názov ponúkaného produktu uchádzača	Výrobca ponúkaného produktu uchádzača	SÚKL kód	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálnom platnom kategorizačnom zozname SZM ANO/NIE (vyplni uchádzač)	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena bez DPH za MJ	Sadzba DPH (%)	DPH	Jednotková cena s DPH za MJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BY-7000	Operačný set na implantáciu trvalého kardiostimulátora	Biometrix Medical	P-80488	X0-1750	ANO	ks	59,50 €	20	11,90 €	71,40 €
2.										0,00 €	0,00 €
3.										0,00 €	0,00 €

Sortiment produktov k položke č. 2 - Operačné sady používané pri implantácii dočasného kardiostimulátora a služkového rekordera

Por. č.	Katalógové číslo	Názov ponúkaného produktu uchádzača	Výrobca ponúkaného produktu uchádzača	SÚKL kód	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálnom platnom kategorizačnom zozname SZM ANO/NIE (vyplni uchádzač)	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena bez DPH za MJ	Sadzba DPH (%)	DPH	Jednotková cena s DPH za MJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BY-7001	Operačný set na implantáciu dočasného kardiostimulátora	Biometrix Medical	P-80488	X0-1750	ANO	ks	70,83 €	20	14,17 €	85,00 €
2.										0,00 €	0,00 €
3.										0,00 €	0,00 €

Sortiment produktov k položke č. 3 - Operačné sady používané pri implantácii kardioverter - defibrilátora

Por. č.	Katalógové číslo	Názov ponúkaného produktu uchádzača	Výrobca ponúkaného produktu uchádzača	SÚKL kód	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálnom platnom kategorizačnom zozname SZM ANO/NIE (vyplni uchádzač)	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena bez DPH za MJ	Sadzba DPH (%)	DPH	Jednotková cena s DPH za MJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BY-7002	Operačné sady používané pri implantácii kardioverter-defibrilátora	Biometrix Medical	P-80488	X0-1750	ANO	ks	65,33 €	20	13,07 €	78,40 €
2.										0,00 €	0,00 €
3.										0,00 €	0,00 €

Sortiment produktov k položke č. 4 - Operačné sady používané pri elektrofyziologickom vyšetrení

Por. č.	Katalógové číslo	Názov ponúkaného produktu uchádzača	Výrobca ponúkaného produktu uchádzača	SÚKL kód	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálnom platnom kategorizačnom zozname SZM ANO/NIE (vyplni uchádzač)	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena bez DPH za MJ	Sadzba DPH (%)	DPH	Jednotková cena s DPH za MJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BY-7003	Operačné sady používané pri elektrofyziologickom vyšetrení	Biometrix Medical	P-80488	X0-1750	ANO	ks	76,17 €	20	15,23 €	91,40 €
2.										0,00 €	0,00 €
3.										0,00 €	0,00 €

Sortiment produktov k položke č. 5 - Operačné sady používané pri katérovej ablácii

Por. č.	Katalógové číslo	Názov ponúkaného produktu uchádzača	Výrobca ponúkaného produktu uchádzača	SÚKL kód	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálnom platnom kategorizačnom zozname SZM ANO/NIE (vyplni uchádzač)	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena bez DPH za MJ	Sadzba DPH (%)	DPH	Jednotková cena s DPH za MJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BY-7004	Operačný set používaný pri katérovej ablácii	Biometrix Medical	P-80488	X0-1750	ANO	ks	103,17 €	20	20,63 €	123,80 €
2.										0,00 €	0,00 €
3.										0,00 €	0,00 €

Sortiment produktov k položke č. 6 - Vodiace drôty (260 mm, 0,035")

Por. č.	Katalógové číslo	Názov ponúkaného produktu uchádzača	Výrobca ponúkaného produktu uchádzača	SÚKL kód	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálnom platnom kategorizačnom zozname SZM ANO/NIE (vyplni uchádzač)	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena bez DPH za MJ	Sadzba DPH (%)	DPH	Jednotková cena s DPH za MJ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IR-4922	Angiografický vodič drôt, 0,035", 260 cm	Biometrix Medical	P-80471	X0-2541	ANO	ks	11,88 €	20	2,38 €	14,26 €
2.										0,00 €	0,00 €
3.										0,00 €	0,00 €

údaje vyplni uchádzač

jednotková konečná zmluvná cena

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé

Identifikačné údaje uchádzača:

Meno, podpis a pečiatka uchádzača:

Príloha č. 3 - "Sortiment produktov" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikat' alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

INAMED s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava, IČO: 44484275
Richard Kolozsi

V Bratislave
dňa