

Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu

7. časť predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu skupiny 7

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziológické katétre:	xxx	
- pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu,	áno	áno
- kompatibilné so zobrazovacím systémom LocaLisa,	áno	áno
- vrátane záväzčových,	áno	áno
- v sortimente:	áno	áno
• 10 polárne diagnostické fixné a ovládateľné katétre pre mapovanie koronárneho sínusu,	áno/uviesť hodnotu	áno/10 polárne
• univerzálne termosenzorové ovládateľné ablačné katétre s možnosťou laterálnej deflexie s príslušenstvom spojovacích káblov a setov lokalizačných elektród.	áno	áno

Položky 7. časti predmetu zákazky	
1.	10 polárne diagnostické fixné katétre pre mapovanie koronárneho sínusu
2.	10 polárne diagnostické ovládateľné katétre pre mapovanie koronárneho sínusu
3.	Univerzálne termosenzorové ovládateľné ablačné katétre s možnosťou laterálnej deflexie
4.	Spojovacie káble
5.	Sety lokalizačných elektród pre 3D navigáciu

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Identifikačné údaje uchádzača:

Meno, podpis a pečiatka uchádzača:

Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikateľ alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

V Bratislave
dňa

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:

TIMED s.r.o.

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
Richard Kylian - konateľ spoločnosti

RNDr. Juraj Švec
obchodný riaditeľ
0905336653
kylian@timed.sk