

Predmet zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu

10. časť predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu skupiny 10

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné ablačné katétre:		xxx
- s 2 separátne nastaviteľnými zakriveniami,	áno	áno
- s bidirekčne ovládateľným distálnym zakrivením,	áno	áno
- kvadrupolárne,	áno	áno
- s distálnou elektródou 4 a 8 mm,	áno/uviesť hodnotu	áno/4 a 8mm
- s príslušenstvom spojovacích káblov.	áno	áno

Položky 10. časti predmetu zákazky

1.	Ovládateľné ablačné katétre s 2 separátne nastaviteľnými zakriveniami, s bidirekčne ovládateľným distálnym zakrivením, kvadrupolárne, s distálnou elektródou 4 mm
2.	Ovládateľné ablačné katétre s 2 separátne nastaviteľnými zakriveniami, s bidirekčne ovládateľným distálnym zakrivením, kvadrupolárne, s distálnou elektródou 8 mm
3.	Spojovacie káble

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Identifikačné údaje uchádzača:

GlobalMed a.s.
Moyzesova 2, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Meno, podpis a pečiatka uchádzača:

Mgr. Michal Rzounek - konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikateľ alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

V Ivanke pri Dunaji
dňa

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:

Mgr. Michal Rzounek
konateľ spoločnosti
0908453192
rzounek@globalmed.sk