

Verejný obstarávateľ:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Zadávanie podlimitnej zákazky postupom podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. s elektronickou aukciou (§ 100 ods. 1 písm. f) bod 1)

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia.

Názov predmetu zmluvy: „**IVUS – intrakoronárny ultrazvuk + FFR**“.

Typové označenie zariadenia: CORE™
Výrobca zariadenia: VOLCANO CORPORATION

P. č.	Požadovaný technický parameter - opis	Požadované hodnoty parametrov	Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
Komplexný systém integrovateľný do angiografického prístroja pre intravaskulárne zobrazovanie koronárnych a periférnych ciev pomocou ultrazvuku a na intravaskulárne meranie tlaku so stanovením koronárnej prietokovej rezervy s nasledujúcimi funkciami a popisom:		Áno	Áno
1.	- 2D ultrazvukové zobrazovanie koronárnych a periférnych ciev reálnom čase s pozdĺžnou rotáciou 360 stupňov prierezoj jednotlivých snímok vhodné pre rozhodnutie o stratégii PCI, stanovenie zloženia plátu, dĺžky lézie, % veľkosť stenózy a rozmer cievy so softvérovým vybavením poskytujúcim detekciu kontúr – priesvit a priemer cievy, farebnú vizualizáciu prietoku krvi dopplerovským princípom, analýzu virtuálnej histológie so stanovením percentuálneho zastúpenia jednotlivých tkanív, percentuálny výpočet veľkosti stenózy	Áno / vid' hodnoty	Áno
2.	- možnosť ultrazvukového intravaskulárneho zobrazovania ciev až do priemeru brušnej aorty	áno	Áno
3.	- intravaskulárne meranie tlaku v povodí myokardu, stanovenie koronárnej prietokovej rezervy bez potreby navodenia stavu hyperémie a s pomocou navodenia stavu hyperémie	áno	Áno
4.	- plne integrovateľný systém do angiografického systému s možnosťou sieťovej archivácie dát kompatibilný v DICOM	áno	Áno

Identifikačné údaje predávajúceho (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Rastislav Bajcar, splnomocnený zástupca

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho:

V Hornej Strede dňa XXXXXXXXXX

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe č. 2 súťažných podkladov: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: IVUS – intrakoronárny ultrazvuk + FFR, sú pravdivé.

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:

- meno a priezvisko:

- pracovné zaradenie u výrobcu:

- telefónne číslo / e-mail:

V Hornej Strede dňa

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu dodávateľa ponúkaného zariadenia: