

Predmet zákazky:

**Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu**

1. časť predmetu zákazky:

**Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu skupiny 1**

| Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota                       |
|--|--------------------|--|
| Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu (stenty, dilatačné balóniky, zavádzacie sety, dagnostické katétre) na perkutánnu koronárnu intervenciu s osobitným zreteľom na:                      |                    | xxx                                    |
| - intrakoronárne stenty z lekárskej ocele potiahnuté biolimom a biokompatibilným nosičom s postupným uvoľňovaním aktívnej látky, zabraňujúcej nadmernej reparačnej odpovedi cievnej steny po implantácii stentu, | áno                | áno                                    |
| - dilatačné balóniky s nízkym profilom typu monorail vhodné na rekanalizáciu zatvorených a dilatáciou zúžených koronárnych artérií priemer balóniku od 1,25 mm do 4 mm a dĺžka od 10 mm do 40 mm,                | áno/uviesť hodnotu | áno/od 1,25-4 mm, dĺžka od 10 do 40 mm |
| - zavádzacie sety pre femorálny prístup v škále priemerov 4-11 Fr. Zavádzacie sety pre transradiálny prístup aj v hydrofilnom prevedení ako aj príslušenstvo k transradiálnym setom – kompresné bandáže,         | áno/uviesť hodnotu | áno/4-11 Fr.                           |
| - diagnostických katétre pre ľavostrannú a pravostrannú katetrizáciu a hydrofilné vodiče,  | áno                | áno                                    |
| - intrakoronárne stenty z kobalt-chrómového materiálu, priemer balónu minimálne od 2,5 do 4 mm,  | áno/uviesť hodnotu | áno/od 2,5 mm do 4 mm                  |
| - intrakoronárne stenty z lekárskej ocele, priemer balónu minimálne od 2 do 4 mm.  | áno/uviesť hodnotu | áno/od 2 do 4 mm                       |

| Položky 1. časti predmetu zákazky |  |
|-----------------------------------|--|
| 1.                                | Intrakoronárny stent potiahnutý liečivom Biolimus                |
| 2.                                | Balónikový dilatačný katéter                                     |
| 3.                                | Zavádzacie sety  |
| 4.                                | Zavádzacie sety pre transradiálny prístup                        |
| 5.                                | Diagnostický katéter pre ľavostrannú a pravostrannú katetrizáciu |
| 6.                                | Vodiaci katéter  |
| 7.                                | Vodič PTCA   |
| 8.                                | Intrakoronárny stent   |

|                          |
|--------------------------|
| 9. Chróm kobaltový stent |
|--------------------------|

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

**Identifikačné údaje uchádzača: TATRA-ALPINE a.s.**

**Trnavská cesta č.66, 821 02 Bratislava**

**IČO: 00680885**

**Meno, podpis a pečiatka uchádzača: Ing.Tomáš Kramer - generálny riaditeľ a.s.**

**V Bratislave dňa**

**Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:**

Meno a priezvisko: Ing.Petra Beňová

Pracovné zaradenie: obchodný referent

Telefónne číslo: 0905700498

E-mail: zdravotnictvo@tatraalpine.sk



