

**Príloha č. 5 SP**

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne

**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Časť č. 2

Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 2

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Mechanické chlopňové protézy do aortálnej a mitrálnej pozície a aortálne konduity s osobitným zreteľom na:	xxx	xxx
- aortálne mechanické chlopňové protézy z pyrolitického karbónu s možnosťou zníženej antikoagulačnej liečby a uhlom otvárania listov minimálne 70°,	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/90°
- mitrálne mechanické chlopňové protézy z pyrolitického karbónu s uhlom otvárania listov minimálne 70° na supraanulárnu implantáciu,	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/90°
- kompozitný grafit s mechanickou aortálnou chlopňovou protézou a lineárnou cievnu protézou určený na nahradenie aortálnej chlopne, aortálneho koreňa a ascendentnej aorty.	áno	áno

Položky 2. časti predmetu zákazky	
1.	Mechanické aortálne chlopne
2.	Mechanické mitrálne chlopne
3.	Aortálne konduity

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

**MEDITRADE spol. s r.o.**

Levočská 1, 851 01 Bratislava

173 12 001

2020293121

**Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:**

Meno a priezvisko:

Pracovné zaradenie:

Telefónne číslo:

E-mail:

**Mgr. Viktor Mazág**

Produktový špecialista pre kardiochirurgiu

915 723 294

[vmazag@meditrade.sk](mailto:vmazag@meditrade.sk)

V: Bratislava

Dňa: Ing. Pavel Bohdal,  
konateľ spoločnosti