

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Časť č. 5

Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu skupiny 5

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Biologická bezstehová aortálna chlopňová náhrada používaná pri kalkifikácii aorty s osobitným zreteľom na:	xxx	xxx
- biologická bezstehová aortálna náhrada z koňského perikardu, trojcípa, na veľkosť anulu 19 - 27 mm, výška profilu do 36 mm, na nitinolovom samoexpandovateľnom stente, fixovaná stehmi, vstupný dakronový lem na prevenciu perivalvulárneho presakovania.	áno/uviesť hodnotu parametra	áno/19-29, profil do 36mm

Položky 5. časti predmetu zákazky

1. Aortálna bezstehová náhrada (sutureless)

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

TIMED s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

IČO:

602175

DIČ:

2020459067

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

RNDr. Juraj Švec

Pracovné zaradenie:

obchodný riaditeľ

Telefónne číslo:

905 336 653

E-mail:

svec@timed.sk

V: Bratislave

Dňa:

Richard Kylián - konateľ spoločnosti

