

P.č.	Popísané základné technicko-médicínske parametre a vlastnosti:	Ponúkaná hodnota: (ÁNO-NIE/hodnota parametra)
1.	inkubátor s termoreguláciou na podvozku vhodný pre transport sanitným vozidlom	Áno
2.	podvozok musí byť kompatibilný so sanitným vozidlom	Áno
3.	inkubátor s vysávačou matracou pre zainubované pacienta	Áno
4.	monitor višných funkcií EKG, RR, TK a pulznú oxymetriu metódou masimo	Áno
5.	integrovany, minimálne, pasívny zvlhčovač zvyšujúci vnútorné prostredie inkubátora v rozsahu aspoň 50% - 70%	Áno / 50%-70%
6.	inkubátor so vstupom pre kyslík z prietokomera	Áno
7.	inkubátor musí byť funkčný aj po výpadku el.siete minimálne 90 minút	Áno / 90minút
8.		Áno / dve batérie - spolu 180 minút
9.	vyžaduje sa vybavenie druhým záložným zdrojom o predĺženie doby prevádzky na 180 minút inkubátor musí umožňovať napájanie z elektrickej siete 230V/50Hz, z nízkonapäťového zdroja a to 12V DC ako aj 28V DC a zo záložného zdroja napájania - batérií	Áno
10.	ventilačné parametre ventilátora	
11.	minimálne režimy : intermitentná ventilácia IMV, SIMV. Tlak podpora, CPAP	Áno
12.	konzentrácia O ₂ v dých. okruhu regulovateľná od 21% do 100%	Áno / 21 - 100%
13.	ventilačný tlak : minimálne v rozsahu od 0 do 80 cmH ₂ O	Áno / od 0 do 100 cmH ₂ O
14.	ventilačná frekvencia : minimálne v rozsahu od 2 do 150 dych/min.	Áno / od 2 do 150 dych/min
15.	dýchový objem v rozsahu minimálne od 5 do 900 ml	Áno / od 0 do 900 ml
16.	prečusná batériová odsávačka hlienov min. v rozsahu 60-100 l/min	Áno
	3ks injektorov s posunom od 0,1 ml/hod.	Áno / od 0,1ml/hod

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Mgr. Juraj Varga, konateľ
 Pečiatka, podpis štatutárneho orgánu uchádzača:
 V Žiari nad Hronom, dňa 18.5.2011