

P.č.	Požadované základné technicko-medicínske parametre a vlastností:	Ponúkaná hodnota: (ÁNO-NIE/hodnota parametra)
1.	inkubátor s termoreguláciou na podvozku vhodný pre transport sanitným vozidlom	Áno
2.	podvozok musí byť kompatibilný so sanitným vozidlom	Áno
3.	inkubátor s vysúvacou matracou pre zaintubovanie pacienta	Áno
4.	monitor vitálnych funkcií EKG, RR, TK a pulznú oxymetriu metódou masimo	Áno
5.	integrovaný, minimálne, pasívny zvlhčovač zvlhčujúci vnútorné prostredie inkubátora v rozsahu aspoň 50% - 70%	Áno/50%70%
6.	inkubátor so vstupom pre kyslík z prietokomera	Áno
7.	inkubátor musí byť funkčný aj po výpadku el.siete minimálne 90 minút	Áno/90minút
8.	vyžaduje sa vybavenie druhým záložným zdrojom o predĺženie doby prevádzky na 180 minút	Áno/ dve batérie, spolu 180 minút
9.	inkubátor musí umožňovať napájanie z elektrickej siete 230V/50Hz, z nízkonapäťového zdroja a to 12V DC ako aj 28V DC a zo záložného zdroja napájania - batérií	Áno
	ventilačné parametre ventilátora	
10.	minimálne režimy : intermitentná ventilácia IMV, SIMV, Tlak.podpora, CPAP	Áno
11.	koncentrácia O2 v dých.okruhu regulovateľná od 21% do 100%	Áno/ 21 – 100%
12.	ventilačný tlak : minimálne v rozsahu od 0 do 80 cmH2O	Áno / od 0 do 100 cmH2O
13.	ventilačná frekvencia : minimálne v rozsahu od 2 do 150 dych/min.	Áno / od 2 do 150 dych/min
14.	dychový objem v rozsahu minimálne od 5 do 900 mL	Áno / od 0 do 900 ml
15.	prenosná batériová odsávačka hlienov min. v rozsahu 60-100 torrov	Áno
16.	3ks injektomatov s posunom od 0,1 ml/hod.	Áno / od 0,1ml/hod.

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: Mgr. Juraj Varga, konateľ

Pečiatka, podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

V Žiari nad Hronom, dňa 18.5.2011