

Príloha č.1 Kúpnej zmluvy: Opis technicko - medicinských parametrov a vlastností predmetu kúpy

Predmet kúpy: Prístroj na podávanie CPAP s N-IPPV s Coanda efektom a Venturi jet efektom

Výrobca, typ (uviesť): ACUTRONIC (Švajčiarsko), FABIAN Mobile +II nCPAP / DuoPAP

P.č.	Požadované základné technicko - medicínske parametre a vlastnosti predmetu kúpy - opis	Ponúkaná hodnota: (ANO - NIE/hodnota parametra)
	Prístroj na podávanie CPAP s N-IPPV s Coanda efektom a Venturi jet efektom	
	Prístroj musí umožňovať neinvazívnu podporu ventilácie pomocou nazálneho CPAP aplikátora resp. nazálnej masky u spontánne dychajúceho pacienta	ANO
	Prístroj musí umožňovať jednoduchú obsluhu pomocou dotykového displeja	ANO
	Prístroj musí mať integrovaný záložný zdroj pre prevádzku bez vnútornej zálohy elektrickej energie	ANO / 2,5 hod.
	Ventilačné parametre:	
	Inšpiračný čas: od 0,1-3 s	ANO / 0,1 - 15 sek.
	Exekvenca: od 1-120 dych./min.	ANO / 0 - 120 dych./min.
	Inšpiračný tlak: od 0-15 cm H ₂ O	ANO / 0 - 15 cmH ₂ O
	Expiračný tlak: od 0-15 cm H ₂ O	ANO / 0 - 15 cmH ₂ O
	Trigerovanie dychovej podpory: možnosť snímania spontánnej dychovej aktivity	ANO
	Koncentrácia kyslíka: od 21-100% v krokoch po 1%	ANO / od 21 do 100% po 1%
	Ventilačné režimy:	
	kontinuálna neinvazívna nCPAP dychová podpora,	ANO
	kontinuálna neinvazívna nCPAP dychová podpora s monitorovaním apnoeových pauz,	ANO
	prístrojovo riadená neinvazívna nCPAP dychová podpora	ANO
	synchronizovaná neinvazívna nCPAP dychová podpora s možnosťou nastavenia záložnej ventilácie v prípade apnoeovej pauzy	ANO
	dyotírové nCPAP	ANO
	Monitoring:	
	nCPAP	ANO
	stredný tlak v dýchacích cestách	ANO
	horný inšpiračný tlak	ANO
	dolný inšpiračný tlak	ANO
	koncentrácia kyslíka v dýchacom plyne	ANO

Minimálna požadovaná zostava:	
Prístroj na dychovú podporu (PAP s Infant Flow, s N-IPPV, s C-loop a Venturi jet efektom s prístupom pre napojenie k rozvodom kyslíka a vzduchu	ANO
-elektronický automatický zvlhčovací systém	
- min. 3 ks - jednorázový dýchací okruh s novorodeneckou komorou zvlhčovača	ANO
- min. 3 ks - jednorázový nCPAP aplikátor	ANO
- min. 3 ks - fixačné čapčky pre fixáciu nCPAP aplikátora na hlavu pacienta	ANO



.....
Predávajúci