

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Ventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu pacientov k transportu v počet 1 kus

Zn. resp. typ ponúkaného zariadenia: **Oxylog 3000 plus**
Výrobca ponúkaného zariadenia: **Dräger Medical GmbH, Nemecko**

- 1.1 O₂ inhal.
- 1.2 Všetky opcie: Kapnografia s CO₂ senzorom, AutoFlow a Realtime data Export
- 1.3 Li-Ion akumulátor (výdrž min. 4 hod.)
- 1.4 Dýchací okruh pre opakované použitie, 1,5 m, obsahujúci dýchaciu hadicu, meranie prietoku, výdychový ventil, prietokový senzor a uhlový adaptér (spojku)
- 1.5 AC/DC sieťový adaptér 100-240 V, 50-60 Hz
- 1.6 DC/DC konvertor pre nabíjanie vo vozidle 12-28 V=
- 1.7 Sieťová šnúra CEE Europe na napájanie 230 V
- 1.8 Testovacie pľúca, pre test CPAP
- 1.9 Viacrázová kyveta dospelí, pre CO₂ - Mcable CO₂
- 1.10 Stenový držiak univerzálny/rýchlopínač - jednoduchý, mimo Carrying systemu
- 1.11 Hadica napájania O₂, 3 m, DIN Probe lineárna
- 1.12 Údržbový transportný systém (Carrying system) obsahuje:
Údržbový transportný systém, Základná jednotka (Basic Unit)

V Piešťanoch dňa 17. mája 2011

Obchodné meno predávajúceho: Dräger Slovensko, s.r.o.

Meno, podpis a pečiatka predávajúceho: Ing. Ján Ličko, konateľ