

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

Príkazcom:

Záchranná služba Košice

Štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR

So sídlom v Košiciach, Rastislavova č. 43

Zastúpená štatutárnym orgánom Mgr. Jánom Štesom

IČO: 00 606 731

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000289408/8180

a

Príkazníkom:

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR

So sídlom v Bratislave, Antolská 11

Zastúpená štatutárnym orgánom MUDr. Borisom Moťovským

IČO: 17 33 62 10

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000287955/8180

(v texte i „zmluvné strany“)

I.

Príkazník touto zmluvou sa zaväzuje pre príkazcu obstarat' v priebehu roka 2015 bezodplatne vo vlastnom mene a na účet príkazcu zabezpečenie služieb – opravu a úpravu zástavieb špeciálnych sanitných motorových vozidiel. Podrobná a presná špecifikácia služieb, ktoré príkazník zaobstará pre príkazcu tvorí Prílohu č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Predmet tejto služby príkazník zaobstará pre príkazcu na základe výsledkov vyhláseného verejného obstarávania ako centrálna obstarávacia jednotka v zmysle ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

S úspešným uchádzačom po skončení procesu verejného obstarávania príkazník uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej bude zabezpečenie služieb podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve.

II.

Príkazník využije všetky svoje odborné znalosti a skúsenosti na to, aby obstaranie služieb podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve bolo vykonané a uskutočnené podľa platných právnych predpisov SR, v súlade s nimi a aby obstarané služby podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve spĺňali požadované parametre a kritériá v zmysle požiadaviek a charakteristiky príkazcu.

III.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť svoju vzájomnú oznamovaciu povinnosť o akýchkoľvek skutočnostiach, okolnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na splnenie zmluvného záväzku.

Po uskutočnení procesu verejného obstarávania sa uzatvorí zmluva, ktorej zmluvnými stranami budú príkazca i príkazník spolu s úspešným uchádzačom, ktorý sa stane dodávateľom služieb podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. Jedno originálne vyhotovenie uzatvorenej zmluvy obdrží i príkazca.

IV.

Príkazca má záväzok dodržiavať povinnosti vyplývajúce mu z uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom, dodávateľom služieb podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluvy. V prípade nesplnenia si svojich povinností riadne a včas, znáša v plnom rozsahu dôsledky, vyplývajúce zo zmluvy, sám príkazca.

V.

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, predovšetkým ustanoveniami §§ 724 až 736.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie je viazané na ukončenie procesu verejného obstarávania, ktorým je deň účinnosti uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom, dodávateľom služieb podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluvy.

VI.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom pri Úrade vlády SR.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA

Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne, po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán vo forme dodatkov, ktoré budú po podpise obidvoma zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy si riadne prečítali, jej obsahu obe zmluvné strany porozumeli, zmluvu uzatvárajú bez nátlaku, nie v tiesni ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej znením a obsahom ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa

Príkazca:

Príkazník:

.....
Mgr. Ján Šteso, riaditeľ

.....
MUDr. Boris Mot'ovský, riaditeľ

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA

PRÍLOHA č. 1 k Zmluve OPIS PREDMETU SLUŽIEB

1. Predmetom služieb je zabezpečenie opravy a údržby zástavieb špeciálnych sanitných motorových vozidiel, ktoré má v súčasnosti v užívaní ZZS Bratislava a ZS Košice.
2. Technická spôsobilosť týchto vozidiel po vykonaní servisných úkonov bude posudzovaná v zmysle normy EN 1789:2007+A1:2010, na základe odbornej výstupnej kontroly a vyhotoveného protokolu spôsobilosti podľa tejto normy a technického opisu zadania zákazky.
3. Predmetom služieb je zabezpečenie nižšie popísanej charakteristiky a špecifikácie služby pre 140 ks špeciálnych sanitných motorových vozidiel. Tieto vozidlá sa nachádzajú na jednotlivých staniciach ZZS v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.
4. Prepravu jednotlivých vozidiel na miesto uskutočnenia služieb a späť na miesta staníc ZZS zabezpečuje dodávateľ služieb na vlastné náklady, s osobami zodpovednými a spôsobilými prevziať a odovzdať vozidlá, skontrolovať vady diela a prijať prípadné reklamácie.
5. Uvedené vozidlá sú v zachovalom a vyhovujúcom technickom stave.

POPIS A CHARAKTERISTICKÁ ŠPECIFIKÁCIA POŽADOVANEJ SLUŽBY:

VÝMENA, OPRAVA, ÚPRAVA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ŠPECIÁLNEJ PRESTAVBY SANITNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL	TECHNICKÝ OPIS
A. TYP VOZIDLA VW FURGON A.1 EXTERNÁ ČASŤ VOZIDLA	
Odlepenie pôvodného grafického označenia vozidla - polep	Demontáž pôvodne lepeného grafického označenia vozidiel, spôsobom čo najviac šetrným k povrchovej úprave a k originálnemu laku vozidla.
Nový nástrek vozidla	Nový nástrek karosérie v zmysle nového Výnosu MZ SR zo dňa 26.11.2014. požiadavka na vyhotovenie rovnakého nástreku karosérie pre všetky vonkajšie karosárske prvky.
Nové grafické označenie vozidla pre identifikáciu príslušnosti k záchrannej zdravotníckej službe	Polep vozidla definovaný v zmysle výnosu MZ SR zo dňa 26.11.2014: - po obvode vozidla – pás o šírke min. 100 mm vo farbe signálna reflexná červená - na vnútornej ploche zadných dvojkridlových dverí – reflexný pás so šírkou min. 100 mm

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA

	- na oboch bokoch karosérie – nápisy ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, výška písma 100 mm, farba modrá, vyhradený znak ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA v modrej hviezde života o priemere min. 300 mm, symbol telefónu a číslo 155 farby modrej, symbol SOS a číslo 112 farby červenej - na predných dverách – logo prevádzkovateľa alebo názov a sídlo prevádzkovateľa ZZS s výškou písma min. 100 mm - na prednej kapote – nápis AMBULANCIA - bočné a zadné sklá ambulantného priestoru – matované tmavou fóliou celoplošne
Vonkajšie pracovné LED osvetlenie	Pracovné osvetlenie externého priestoru po obidvoch stranách vozidla a v zadnom priestore dverí v prevedení LED technológie s ovládaním svetiel z priestoru vodiča alebo priestoru posádky. Výkon svetidiel musí zabezpečiť osvetlenie pracovnej plochy do vzdialenosti min. 10 m.
Modernizácia výstražných svetiel PREDNÁ ČASŤ	Výmena výstražnej signalizácie v prednej časti vozidla za novú. Požaduje sa nové riešenie výstražnej signalizácie formou jej integrovania do nového predného prídavného spojlera. Technické prevedenie musí zabezpečiť čo najnižší aerodynamický odpor vozidla a nezvýšiť celkovú súčasnú výšku a prejazdnosť vozidla, čím sa zabezpečí ochrana svetiel pred možným mechanickým poškodením a zároveň zvýši viditeľnosť oproti existujúcemu riešeniu. Svetelný zdroj vo výstražnej signalizácii sa požaduje LED-diodové svetlá modrej farby s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 6 x 3 LED diód s výkonom min. 1W na LED diódu alebo iné obdobné riešenie. Požadujú sa najviac dva vonkajšie viditeľné modré kryty svetelných zdrojov.
Modernizácia výstražných svetiel ZADNÁ ČASŤ	Výmena výstražnej signalizácie v zadnej časti vozidla za novú. Požaduje sa nové riešenie výstražnej signalizácie formou jej integrovania do nového prídavného spojlera v hornej časti nad zadnými dverami

	ambulantnej časti, v ktorom budú integrované prvky výstražných svetiel, smerových svetiel, brzdových svetiel a prípadne pracovných svetiel zadného pracovného osvetlenia, čím sa zabezpečí ochrana svetiel pred možným mechanickým poškodením a zároveň zvýši viditeľnosť oproti existujúcemu riešeniu. Požadujú sa priame LED-diodové výstražné svetlá modrej farby s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 4 x 3 LED diód s výkonom min. 1 W na LED diódu alebo iné obdobné riešenie. Požadujú sa najviac dva vonkajšie viditeľné modré kryty svetelných zdrojov.
A.2 INTERIÉROVÁ ČASŤ VOZIDLA	
Podlaha sanitného vozidla	Oprava a rekonštrukcia pôvodnej podlahy vozidla v prevedení nepriepustná, nekĺzavá, antistatická, dobre umývateľná podlaha vo forme vane, po obvode s vertikálnym ukončením podlahy do výšky min. 65 mm. Požaduje sa farebné vyhotovenie v modrej farbe. Akceptuje sa prevedenie liatej podlahy alebo novej PVC krytiny.
Ochrana zadného prahu dverí	Výmena hliníkovej ochranej lišty podlahy pri zadných dverách, ktorá tvorí prechod medzi interiérom a exteriérom a zároveň zabezpečuje plynulú manipuláciu pri nakladaní pacientov prostredníctvom transportného kresla.
Nástupný schod v bočných dverách	Oprava a rekonštrukcia a prípadná výmena nástupného bočného schodu vozidla
Povrchová úprava kovových častí – držiaky a stôl pod nosidlá	Oprava, údržba a povrchová úprava všetkých antikorových častí, ako napr. stôl pod nosidlá, držiaky kyslíkových fliaš a pod., aby bola vytvorená taká povrchová úprava materiálu, ktorá zabezpečí čo najlepšie podmienky pre dlhodobu udržateľnú hygienické prostredie vo vozidle a zvýšenie estetického prevedenia.
Nábytok	Komplexná oprava nábytkových častí, požaduje sa odstránenie viditeľných poškodení na povrchu ako aj vo vnútri, oprava a prípadná výmena výsuvných mechanizmov, korpusov šuplíkov, čielok šuplíkov a zabezpečenie prípadnej inštalácie sortero, ktoré umožnia lepši a organizovaný prístup k zdravotníckemu spotrebnému materiálu.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA

Sedadlá a nosidlá	Oprava, rekonštrukcia a prípadná výmena poťahových látok a molitanov pôvodných sedadiel a hlavných nosidiel. Materiál, použitý pri výmene, musí plniť normy príslušnej triedy horľavosti, zabezpečenie triedy oteru (čo najvyššej triedy) pre zvýšenie životnosti, materiál farby modrej a prevedenie umelej kože.
Mechanické časti sedadiel	Oprava, rekonštrukcia alebo prípadná výmena otočného mechanizmu a ostatných mechanických častí sedadiel tak, aby bola dosiahnutá bezporuchová obsluha sedadiel a ich plná a bezporuchová funkčnosť.
Interiérové osvetlenie	Výmena hlavných a prídavných bodových svetiel interiéru vozidla v prevedení LED technológie so zvýšenou intenzitou a indexom podania svetla, požaduje sa min. 1000 lux (pre hlavné) a MIN 150 lux, MAX 250 lux (pre bodové, požaduje sa tiež možnosť regulácie výkonu) osvetlenie a index podanie farby viac ako CRI 85, požaduje sa certifikát pre medicínske účely.
Držiak infúzných roztokov	Výmena držiakov infúzných roztokov v počte 2 ks integrovaných v strope vozidla s možnosťou vyklápania, držiak musí umožniť aj fixáciu roztokov proti samovoľnému pohybu.
Bočné obloženie stien a stropu	Rekonštrukcia, nová povrchová úprava alebo výmena obloženia ambulantnej časti sanitného vozidla. Požaduje sa odstránenie viditeľných škrabancov, záderov, estetických väd na bočných stenách, obložení dverí do výšky bočných a zadných skiel v ambulantnej časti.

VÝMENA, OPRAVA, ÚPRAVA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ Špeciálnej PRESTAVBY SANITNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL	TECHNICKÝ OPIS
B. TYP VOZIDLA VW SO SKRIŇOVOU ZÁSTAVBOU B.1 EXTERNÁ ČASŤ VOZIDLA	
Odlepenie pôvodného grafického označenia vozidla - polep	Demontáž pôvodne lepeného grafického označenia vozidiel, spôsobom čo najviac šetrným k povrchovej úprave a k originálnemu laku vozidla.
Nový nástrek vozidla	Nový nástrek karosérie v zmysle nového Výnosu MZ SR zo dňa 26.11.2014. Požiadavka na vyhotovenie rovnakého

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA

	nástreku karosérie pre všetky vonkajšie karosárske prvky pre všetky vozidlá.
Nové grafické označenie vozidla pre identifikáciu príslušnosti k záchrannej zdravotníckej službe	Polep vozidla definovaný v zmysle výnosu MZ SR zo dňa 26.11.2014: - po obvode vozidla – pás o šírke min. 100 mm vo farbe signálna reflexná červená - na vnútornej ploche zadných dvojkridlových dverí – reflexný pás so šírkou min. 100 mm - na oboch bokoch karosérie – nápisy ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, výška písma 100 mm, farba modrá, vyhradený znak ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA v modrej hviezde života o priemere min. 300 mm, symbol telefónu a číslo 155 farby modrej, symbol SOS a číslo 112 farby červenej - na predných dverách – logo prevádzkovateľa alebo názov a sídlo prevádzkovateľa ZZS s výškou písma min. 100 mm - na prednej kapote – nápis AMBULANCIA - bočné a zadné sklá ambulantného priestoru – matované tmavou fóliou celoplošne
Vonkajšie pracovné LED osvetlenie	Pracovné osvetlenie externého priestoru po obidvoch stranách vozidla a v zadnom priestore dverí v prevedení LED technológie s ovládaním svetiel z priestoru vodiča alebo priestoru posádky. Výkon svetidiel musí zabezpečiť osvetlenie pracovnej plochy do vzdialenosti min. 10 m.
Modernizácia výstražných svetiel PREDNÁ ČASŤ	Výmena výstražnej signalizácie v prednej časti vozidla za novú. Požaduje sa nové riešenie výstražnej signalizácie formou jej integrovania do nového predného prídavného spojlera. Technické prevedenie musí zabezpečiť čo najnižší aerodynamický odpor vozidla a nezvýšiť celkovú súčasnú výšku a prejazdnosť vozidla, čím sa zabezpečí ochrana svetiel pred možným mechanickým poškodením a zároveň zvýši viditeľnosť oproti existujúcemu riešeniu. Svetelný zdroj vo výstražnej signalizácii sa požaduje LED-diodové svetlá modrej farby s LED technológiou min. 3 generácie so

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA

	stroboskopickým efektom, zložené z min. 6 x 3 LED diód s výkonom min. 1W na LED diódu alebo iné obdobné riešenie. Požadujú sa najviac dva vonkajšie viditeľné modré kryty svetelných zdrojov.
Modernizácia výstražných svetiel ZADNÁ ČASŤ	Výmena pôvodnej technológie výstražnej signalizácie v zadnej časti vozidla za novú, ktorá bude integrovaná do súčasnej nadstavby vozidla (zvyšovanie výšky vozidla sa nepripúšťa), čím sa zabezpečí ochrana svetiel pred možným mechanickým poškodením a zároveň zvýši viditeľnosť oproti existujúcemu riešeniu. Požaduje sa priame LED-diodové výstražné svetlá modrej farby s LED technológiou min. 3 generácie so stroboskopickým efektom, zložené z min. 4 x 3 LED diód s výkonom min. 1W na LED diódu alebo iné obdobné riešenie. Požadujú sa najviac štyri vonkajšie viditeľné modré kryty svetelných zdrojov.
Výmena zadného nástupného schodu	Výmena a rekonštrukcia zadného externého schodu pre vozidlá „Skriňová nadstavba“, požaduje sa povrchová úprava zinkovou úpravou a konštrukcia, ktorá bude mechanicky odolná pre veľmi časté používanie, šírka schodu po celej šírke vozidla, cca 2 m.
<i>B.2 INTERIÉROVÁ ČASŤ VOZIDLA</i>	
Podlaha sanitného vozidla	Oprava a rekonštrukcia pôvodnej podlahy vozidla v prevedení nepriepustná, nekĺzavá, antistatická, dobre umývateľná podlaha vo forme vane, po obvode s vertikálnym ukončením podlahy do výšky min. 65 mm. Požaduje sa farebné vyhotovenie v modrej farbe. Akceptuje sa prevedenie liatej podlahy alebo novej PVC krytiny.
Ochrana zadného prahu dverí	Výmena hliníkovej ochrannéj lišty podlahy pri zadných dverách, ktorá tvorí prechod medzi interiérom a exteriérom a zároveň zabezpečuje plynulú manipuláciu pri nakladaní pacientov prostredníctvom transportného kresla.
Nástupný schod v bočných dverách	Oprava a rekonštrukcia a prípadná výmena nástupného bočného schodu vozidla
Povrchová úprava kovových častí – držiaky a stôl pod nosidlá	Oprava, údržba a povrchová úprava všetkých antikoročných častí, ako napr. stôl pod nosidlá, držiaky kyslíkových fliaš a pod., aby bola vytvorená taká povrchová úprava materiálu, ktorá zabezpečí čo najlepšie podmienky pre dlhodobu udržiavateľnosť

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA

	hygienické prostredie vo vozidle a zvýšenie estetického prevedenia.
Nábytok	Komplexná oprava nábytkových častí, požaduje sa odstránenie viditeľných poškodení na povrchu ako aj vo vnútri, oprava a prípadná výmena výsuvných mechanizmov, korpusov šuplíkov, čielok šuplíkov a zabezpečenie prípadnej inštalácie sortero, ktoré umožnia lepši a organizovaný prístup k zdravotníckemu spotrebnému materiálu.
Sedadlá a nosidlá	Oprava, rekonštrukcia a prípadná výmena potahových látok a molitanov pôvodných sedadiel a hlavných nosidiel. Materiál, použitý pri výmene, musí plniť normy príslušnej triedy horľavosti, zabezpečenie triedy oteru (čo najvyššej triedy) pre zvýšenie životnosti, materiál farby modrej a prevedenie umelej kože.
Mechanické časti sedadiel	Oprava, rekonštrukcia alebo prípadná výmena otočného mechanizmu a ostatných mechanických častí sedadiel tak, aby bola dosiahnutá bezporuchová obsluha sedadiel a ich plná a bezporuchová funkčnosť.
Interiérové osvetlenie	Výmena hlavných a prídavných bodových svetiel interiéru vozidla v prevedení LED technológie so zvýšenou intenzitou a indexom podania svetla, požaduje sa min. 1000 lux (pre hlavné) a MIN-150 lux, MAX-250 lux (pre bodové, požaduje sa tiež možnosť regulácie výkonu) osvetlenie a index podanie farby viac ako CRI 85, požaduje sa certifikát pre medicínske účely.
Držiak infúzných roztokov	Výmena držiakov infúzných roztokov v počte 2 ks integrovaných v strope vozidla s možnosťou vyklápania, držiak musí umožniť aj fixáciu roztokov proti samovoľnému pohybu.
Bočné obloženie stien a stropu	Rekonštrukcia, nová povrchová úprava alebo výmena obloženia ambulantnej časti sanitného vozidla. Požaduje sa odstránenie viditeľných škrabancov, záderov, estetických väd na bočných stenách, obložení dverí do výšky bočných a zadných skiel v ambulantnej časti.

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA

DIAGNOSTIKA A PRÍPADNÁ OPRAVA, RESP. VÝMENA NA ZÁKLADE HODNOTENIA A ZÁVEREČNÉHO ODPORÚČANIA VÝSTUPNEJ KONTROLY (pre všetky nižšie uvedené kontroly sa vyžaduje odborné vykonanie skúšok certifikovanými osobami, ktoré priebeh kontroly ako aj výstupnú kontrolu so záverečným odporúčaním pre každé vozidlo zabezpečia v písomnej podobe vo forme protokolu)	TECHNICKÝ OPIS - ZADANIE
Revízia 230V	Prevedenie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia podľa Vyhlášky MSVaR č. 508/2009, požaduje sa kontrola 230V zásuviek vo vozidle, externej pripojovacej zásuvke pre napájanie vozidla, napájacieho kábla, prúdového chrániča, ukostrenie vozidla.
Kontrola funkčnosti klimatizácie vozidla a dezinfekcia a výmena chladiaceho média	Ide o napojenie na systém, odsatie starého oleja a zostatku chladivá, vákuovanie systému, podtlakový test tesnosti, naplnenie systému novým olejom, kontrastnou látkou a chladiacim médiom, test tlaku a funkcie klimatizácie, meranie účinnosti chladenia, tlač protokolu o naplnení klimatizácie, výmena peľového a prachového filtra, vyčistenie vetracích šacht, výparníka klimatizácie VW originálnymi prípravkami.
Kontrola tesnosti prídavného výparníka závislého kúrenia a výmena média	Prevedenie odborných skúšok na tesnosť a funkčnosť prídavného teplovodného okruhu kúrenia a výmena média.
Kontrola stavu prídavného kúrenia 230V	Prevedenie odborných skúšok elektrozariadenia prídavného kúrenia 230V na temperovanie vozidla používané počas státia vozidla.
Revízia 12V	Prevedenie odborných skúšok zásuviek 12V, autobaterií, meniča napätia, autonabíjačky.
Funkčnosť stropného ventilátora	Prevedenie odborných skúšok elektrozariadenia stropného ventilátora.
Meranie výkonu reproduktora sirény	Prevedenie odborných skúšok elektrozariadenia sirény.
Kontrola funkčnosti sirény a ovládania sirény	Akustické odborné skúšky sirény a reproduktoru.
Kontrola tesnosti O2 rozvodov	Tlakové odborné skúšky kyslíkových rozvodov.
Kontrola tlakových nádob a ich ukotvenia	Vykonanie tlakových skúšok.
Kontrola funkčnosti stola pod nosidlami	Technická kontrola a oprava fixného stola s úložnými priestormi pod transportnými nosidlami.

